

Lubaczów, 16.02.2018

ZP.261.2.2018

## Wszyscy uczestnicy postępowania

### WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców udziela wyjaśnień :

Część nr 1 – Cyfrowy aparat RTG kostno-płucny z kolumną jezdną  
Załącznik nr 3 do siwz

#### Pytanie Nr 1

Dotyczy pkt. 55 „*Zakres ruchu wzdłużnego  $\geq 80$  [cm].*”

Prosimy o dopuszczenie stołu z zakresem ruchu wzdłużnego równym 77 cm. Jest to nieznacznie mniejszy zakres od wymaganego, lecz nie ma większego wpływu na wykonywane badania i długość obrazowania pacjenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza .

#### Pytanie Nr 2

Dotyczy pkt. 68 „*Zakres ruchu pionowego detektora  $\geq 150$  [cm].*”

Prosimy o dopuszczenie kolumny z zakresem ruchu pionowego detektora równym 147 cm. Jest to nieznacznie mniejszy zakres od wymaganego, lecz nie ma większego wpływu na wykonywane badania i umożliwia wykonanie badań pacjentów o wzroście do 200cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza .

#### Pytanie Nr 3

Dotyczy pkt. 73 „*Możliwość obrotu detektora cyfrowego bez konieczności wyjmowania go ze stojaka RTG*”

Wymagane w SIWZ detektory formatu kwadratu 43x43 cm nie korzystają z obrotu z uwagi na ich symetrię (kwadrat) w odróżnieniu od detektora prostokątnego (np.formatu 35x43 cm) - prosimy o wykreślenie tego punktu, gdyż nie ma on uzasadnienia praktycznego.

Odp.: Zamawiający skreśla pkt. 73

**Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający wymaga utylizacji wymienianego aparatu RTG oraz drugiego aparatu typu telekomando znajdującego się również w tej samej pracowni?

Odp.: Zamawiający nie wymaga .

**Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający wymaga przebudowy ściany sterowni wiążącą się z przekładką okna w sterowni oraz uzupełnieniem w nowe panele?

Odp.: Zamawiający nie wymaga .

**Pytanie Nr 6**

Czy Zamawiający wymaga wymiany wykładziny podłogowej w pracowni rtg i sterowni?

Odp.: Zamawiający nie wymaga .

**Pytanie Nr 7**

Dotyczy części nr 2 załącznik nr 5 do SIWZ paragraf 1 punkt 2 podpunkt 4.

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania będzie wymagał od Wykonawcy aby zaoferowany Aparat Ultrasonograficzny zintegrować z systemem RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego w tym dostarczenie licencji i usługi integracji ?

Odp.: Zamawiający w § 1 w pkt 2 podpunkt 4 projektu umowy oznaczył znakiem graficznym \* podając w końcowej treści projektu umowy adnotację „niepotrzebne skreślić”. Treść tego punktu odnosi się do części zamówienia NR 1 tj. Cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego z kolumną jezdną podłogową , nie dotyczy aparatu ultrasonograficznego .

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie **modyfikuje** treść SIWZ w ten sposób, że:

- w załączniku nr 3 do siwz Cyfrowy aparat RTG kostno- płucny z kolumną jezdną podłogową **pkt 55** otrzymuje brzmienie:

55	Zakres ruchu wzdłużnego $\geq 77$ [cm]	-	TAK PODAĆ	
----	--	---	--------------	--

- w załączniku nr 3 do siwz Cyfrowy aparat RTG kostno- płucny z kolumną jezdną podłogową **pkt 68** otrzymuje brzmienie:

68	Zakres ruchu pionowego detektora $\geq 147$ [cm]	-	TAK PODAĆ	
----	--	---	--------------	--

- w załączniku nr 3 do siwz Cyfrowy aparat RTG kostno- płucny z kolumną jezdną podłogową skreśla się pkt 73 w brzmieniu:

73	Możliwość obrotu detektora cyfrowego bez konieczności wyjmowania go ze stojaka RTG	-	TAK	
----	--	---	-----	--

Zamawiający