

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	Parametry/warunek minimalny	Wartość wymagana (graniczna)	Wartość oferowana
1	Glukometr przeznaczony do pomiaru glukozy w świeżo pobranej próbce krwi z naczyń włosowatych	TAK	
2	Paski do glukometru automatycznie zasysające krew do punktu pomiarowego tak, aby podczas nakładania krwi na pasek nie dochodziło do zabrudzenia glukometru	TAK	
3	Termin ważności pasków po 1-szym otwarciu fiolki minimum 90 dni	TAK/Podać	
4	Paski dostarczone z datą ważności nie krótszą niż 6 m-cy od daty dostawy	TAK/Podać	
5	Glukometr współpracujący z oferowanymi paskami, spełniający następujące parametry: - przedział wyników wiarygodnych 20 mg%- 600 mg% - eliminacja wpływu hematokrytu - brak wpływu substancji interferujących- najczęściej spotykanych- Paracetamol, Witamina C, Metformina, Ibuprofen, Kofeina - brak wpływu innych cukrów prostych (maltozy i galaktozy) na wynik pomiaru - krótki czas pomiaru do 10 sekund - objętość pobieranej krwi do badania do 3 mcl - wynik wyrażony w mg% - możliwość kalibracji płynem kontrolnym - badanie krwi noworodkowej - spełniający standardy ISO 15197:2015	TAK/Podać TAK TAK TAK TAK/Podać TAK/Podać TAK TAK TAK TAK	
6	Nakłuwacze jednorazowe (z igłą wysuwającą się i chowającą się w obudowie jednorazowo i automatycznie przez naciśnięcie), głębokość nakłucia 1,8mm	TAK	
7	Dostępność do serwisu- w przypadku zaoferowania glukometrów z niewymienną baterią Wykonawca dokonuje wymiany urządzenia (na swój koszt) na nowe w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.	TAK	
8	W przypadku uszkodzenia glukometru Wykonawca dokonuje wymiany (na swój koszt) uszkodzonego	TAK	

	urządzenia na nowe w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.		
9	Wykonawca przeprowadzać będzie na terenie Szpitala raz na 6 miesięcy test poprawności pomiarów wszystkich 30 glukometrów przy użyciu roztworów kontrolnych (na swój koszt) oraz każdorazowo w sytuacji, kiedy Zamawiający będzie podejrzewał błędy w wynikach pomiarowych glukometrów. Jeżeli przeprowadzenie w/w testów będzie się wiązało z odebraniem glukometrów na jakiś czas od Zamawiającego, to Wykonawca zapewni na ten czas glukometry zastępcze.	TAK	
10	Nieodpłatne zapewnienie dostaw płynów kontrolnych (min. 2 różne zakresy) w ilości zapewniającej bieżącą kontrolę jakości oznaczeń w okresie obowiązywania umowy.	TAK	

Zamawiający na etapie badania oferty zastrzega sobie prawo przetestowania zaoferowanych wyrobów celem potwierdzenia spełniania wymagań opisanych w pozycjach 1,2,5,6 i w związku z tym **Zamawiający wymaga dostarczenia razem z ofertą 1 glukometru oraz 20 szt. proponowanych nakłuwaczy i 20 szt. proponowanych pasków.**

Miejscowość ,data

Podpis i pieczęćka uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy

