

Numer sprawy: ZP.261.4.2018

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

#### **Wyjaśnienia**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Pakiet 35

1. Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści rękojeść radełkowaną , pakowaną folia papier ?

Odp: Zgodnie z SIWZ

2. Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści łyżki z numerem seryjnym umieszczonym na opakowaniu w wyraźnym oznakowaniu rozmiaru łyżki , symbolem CE i symbolem „ nie do powtórnego użycia ” ( przekreślona cyfra 2 ) umieszczonym po stronie przeciwnej od wprowadzenia światłowodu ?

Odp: Zgodnie z SIWZ

3. Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści łyżki w rozmiarze Mill 00 ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp: Zgodnie z SIWZ

#### **Zadanie nr 5 poz.4**

5. Prosimy o informację czy Zamawiający ww papierach oczekuje czułości HG czy S.

Odp: Zamawiający oczekuje czułości S .

#### **Zadanie nr 5 poz.7**

6. Prosimy o dopuszczenie ww pozycji papier o szerokości 58mmx 25m

Odp: Zamawiający dopuszcza

#### **Zadanie nr 14 poz.1**

7. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 45 mm x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Zadanie nr 14 poz.3**

8. Prosimy o dopuszczenie ww elektrody spełniającej wszystkie parametry Zamawiającego wyposażoną w tarkę do przygotowania naskórka przed aplikacją elektrody.

Odp. Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Zadanie nr 14 poz. 1, 2, 3, 4**

9. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny opakowań = 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę opakowań z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości

**Zadanie nr 14 poz. 1, 2, 3, 4**

10. Jeśli Zamawiający nie dopuści możliwości wyceny opakowań, zwracamy się wówczas z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości podania ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku.

odp. Zamawiający dopuszcza wycenę opakowań z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości

**Projekt umowy – par. 5 ust. 1**

11. Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto niezrealizowanej dostawy/ reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 5 ust. 1 stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odp: Zgodnie z SIWZ

12. Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 w pozycji 1 dopuści maskę krtaniową o następującej charakterystyce: jednorazowa, wykonana z silikonu z mankietem niskociśnieniowym, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklonowaniem się nagłośni, przezroczysty korpus z oznaczeniem rozmiaru, przedziału wagowego pacjenta i nazwą producenta (bez objętości mankieta), z numerycznym kodem rozmiarów, z anatomicznym wycięciem, sterylna, w rozmiarach: 2 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3 (30-50 kg); 4 (50-70 kg) oraz 5 (powyżej 70 kg)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

13. Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 w pozycji 2 dopuści rurkę tracheostomijną z mankietem wykonaną z przezroczystego PCW, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

14. Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 w pozycji 6 dopuści rurkę tracheostomijną z ruchomym szyldem o następującej charakterystyce: posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, z balonikiem kontrolnym, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW (bez zbrojenia), z miękkimi elastycznymi skrzydełkami szyldu, ze znacznikiem zmiennej długości, z zaoblonym mandrynem oraz tasiemkami do zamocowania, sterylna, w rozmiarach od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm?

Odp: Zgodnie z SIWZ

15. Czy Zamawiający w zadaniu nr 35 w pozycji 1 dopuści rękojeść do laryngoskopu, jednorazową, wykonaną ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt, w całości w kolorze zielonym, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Zgodnie z SIWZ

16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 35 w pozycji 2 dopuści łyżkę do laryngoskopu, światłowodową, jednorazowego użytku, z wyraźnym oznakowaniem typu i rozmiaru łyżki, symbolem CE, numeru seryjnego i symbolu „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) naniesionymi na tylnej stronie mocowania łyżki, pakowane folia-papier, w rozmiarach: tym Macintosh (zakrzywiona) 4, 3 i 2 oraz typ Miller (prostą) 1, 0 i 00, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza łyżkę typu Miller (prosta) 00, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ,

#### **Pakiet 47**

17. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny system zasilany 8 bateriami AA z płynną regulacją prędkości pracy?

Odp: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

zadanie 19 poz. 1

18. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylniej z portem bocznym o rozmiarze G26 0,6x19mm i przepływie 17 ml/min. Parametry kaniuli są zgodne z normą PN-EN ISO 10555-5.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniuli dożylniej w rozmiarze 26G 0,6x19 mm, przepływ 17 ml/min.

Zamawiający wymaga kaniuli bez portu bocznego, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań oraz podrażnienia naczynia.

Zadanie nr 6 poz 11 i 12

19. Czy można zaoferować zestawy , w których gramatura obszaru wzmocnień wynosi 109,5 g /m<sup>2</sup> ?.Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Zadanie nr 6 poz 12

20. Czy można zaoferować zestaw z serwetą Mayo posiadającą wzmocnienie W rozmiarach 75 x 90 cm ?. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

### **Pakiet 28 pozycja 6**

21. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla noworodków jednorazowego użytku metodą nieinwazyjną, jednożyłowy 1 op /10 szt rozm. 4,2 – 7,1 cm ?

Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

22.Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla noworodków jednorazowego użytku metodą nieinwazyjną, jednożyłowy rozm. 6,9 – 11,7 cm, 1 op /10 szt ?

Odp: zgodnie z SIWZ

### **Pakiet 28 pozycja 5 i 6**

23. Czy Zamawiający wymaga by mankiety jednorazowe posiadały konektory ?

Odp: Zamawiający nie wymaga

## **ZADANIE NR 46**

### **Pozycja 1**

24. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku do terapii podciśnieniowej spełniającego wymagania SIWZ w rozmiarze 25 x 15 x 3,3 cm – 1 szt. oraz 3 szt. folii samoprzylepnej, okluzyjnej 20 x 30 cm (zamiast 1 szt.)?

Odp: Zamawiający dopuszcza

### **Pozycja 2 i 3**

25.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zbiorników na wydzielinę z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączonych z dwuświatłowym drenem długości 180 cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

### **Pozycja 3**

26.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zbiorników na wydzielinę w romiarze 300 ml ( zamiast 250 ml)

Odp: Zamawiający dopuszcza

**27. czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 41 pozycji 8** Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F/15 cm, zestaw trójświatłowy (16,18,18 G) metodą Selingera, cewnik dł. 15 cm ,prowadnica dł. 50 cm, odporna na zaginanie i załamywanie , Cewnik poliuretanowy ze znacznikami , miękką końcówką ,przeźroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy prowadnica metalowa z końcówką J , - igła Seldingera , -rozszerzadło , opis w języku polskim na opakowaniu

Odp: zgodnie z SIWZ

**28. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 41 pozycji 9** Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F/15 cm , zestaw trójświatłowy (16,18,18 G) metodą Selingera, cewnik dł. 20 cm ,prowadnica dł. 60 cm, odporna na zaginanie i załamywanie , Cewnik poliuretanowy ze znacznikami , miękką końcówką ,przeźroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy prowadnica metalowa z końcówką J , - igła Seldingera , -rozszerzadło , opis w języku polskim na opakowaniu

Odp: zgodnie z SIWZ

29. czy zamawiający celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej wyłączy z pakietu 41 pozycję 8 i 9 i utworzy nowy pakiet

Odp: zgodnie z SIWZ

#### **Dotyczy Formularza ofertowego**

30.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę

#### **Dotyczy artykuł 5 ust. 1 wzoru umowy**

31. Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: (...) **0,50% wartości ceny brutto niezrealizowanej części umowy** (...).

Odp: zgodnie z SIWZ

#### **Dotyczy artykuł 5 ust. 3 wzoru umowy**

32.Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: (...) **10% wartości ceny netto niezrealizowanej części umowy** (...).

Odp: zgodnie z SIWZ

#### **Dotyczy artykuł 6 pkt 4 lit. b) wzoru umowy**

33.Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący:

„...b) w przypadku co najmniej trzykrotnego, **kolejnego** niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w artykule 2 ust. 3, **po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy**

Odp: zgodnie z SIWZ

#### **Dotyczy zadania 10 poz. 4**

34.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w poz. 4 miał na myśli fartuchy foliowe przednie wiązane w pasie ? Czy Zamawiający dopuści takie fartuchy ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

#### **Dotyczy zadania 10 poz. 5**

35.Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w poz. 5 dopuści fartuchy w rozmiarze 130x80cm.

Odp: zgodnie z SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie **modyfikuje** treść SIWZ w ten sposób, że:

W załączniku nr 2 do siwz – Formularz cenowy w Zadaniu 41 poz 8,9 opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie :

#### **poz . 8 otrzymuje brzmienie :**

„8. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zestaw trójświatłowy 7F- kanały 16/18/18G metodą Seldingera, zawierający cewnik **dł. 15cm**, prowadnica dł. 50 cm odporna na zaginanie i załamywanie, Cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm) stały i ruchomy Prowadnica metalowa z końcówką J , Igła Seldingera , Rozszerzadło , Element blokujący motylek Korecz(ek)ki IN Stopper , opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym

#### **poz . 9 otrzymuje brzmienie :**

„9. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zestaw trójświatłowy7F- kanały 16/18/18G metodą Seldingera, zawierający cewnik **dł. 20cm**, prowadnica dł. 50 cm odporna na zaginanie i załamywanie, Cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( >15cm) stały i ruchomy Prowadnica metalowa z końcówką J , Igła Seldingera , Rozszerzadło , Element blokujący motylek Korecz(ek)ki IN Stopper , opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym

( w załączeniu formularz cenowy po modyfikacji).

8	<p>Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zestaw <u>trójświatłowy</u> 7F- kanały 16/18/18G metodą Seldingera, zawierający cewnik <b>dł. 15cm</b>, prowadnica dł. 50 cm odporna na zaginanie i załamywanie, Cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( &gt;15cm) stały i ruchomy</p> <p>Prowadnica metalowa z końcówką J , Iгла Seldingera , Rozszerzadło , Element blokujący motylek</p> <p>Korecz(ek)ki IN Stopper , opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym</p>	szt	50						
---	--	-----	----	--	--	--	--	--	--

9	<p>Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zestaw <u>trójświatłowy</u> 7F- kanały 16/18/18G metodą Seldingera, zawierający cewnik <b>dł. 20 cm</b>, prowadnica dł. 50 cm odporna na zaginanie i załamywanie, Cewnik poliuretanowy , ze znacznikami, miękką końcówką , przezroczystymi drenikami do każdego światła zaopatrzonymi w zacisk ślizgowy. System mocowania cewnika do skóry dwupunktowy ( &gt;15cm) stały i ruchomy</p> <p>Prowadnica metalowa z końcówką J , Iгла Seldingera , Rozszerzadło , Element blokujący motylek</p> <p>Korecz(ek)ki IN Stopper , opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym</p>	szt	50						
---	---	-----	----	--	--	--	--	--	--

Zamawiający