

Numer sprawy: ZP.232.16.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: ogłoszenia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Zadanie 2

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 45x28cm, powierzchnia lepna w rozmiarze 45cm x 22cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 5,6 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny dwuwarstwowy 1 warstwa folii oraz 1 warstwa bibuły?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3

Pozycja 1,3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści śliniaki w rozmiarze 35x45 cm z kieszonką 12cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści śliniaki w rozmiarze 38x49cm, głębokość kieszeni 17,5cm?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta w kolorze granatowym?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 8

Pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem o pojemności 3 ml dla rozmiaru CH6, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 8

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-10ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 8**Pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w opakowaniu podwójnym: wew. folia, zew. papier/folia?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 8**Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya 100% o długości 400mm i pojemności balona 5-10 ml?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 8**Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści cewnik o średnicy 29mm i 30 mm o następujących parametrach:

- 100% silikon,
- skóra oddycha pod cewnikiem,
- elastyczny,
- hypoalergiczny,
- przezroczysty - możliwa kontrola skóry pod cewnikiem,
- najcieńszy na rynku, doskonale dopasowuje się do ciała, przez co idealnie przylega do skóry
- długość - 9,5 cm,
- od środka pokryty warstwą kleju, dzięki temu kapturek idealnie dopasowuje się do ciała, nie spada i nie przecieka, gwarantując ochronę przed zabrudzeniem,
- wygodny w zakładaniu, nie sprawia problemu nawet osobom z częściowo porażonymi kończynami górnymi,
- łączy się z każdym workiem do moczu?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 8**Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne Nelaton, w rozmiarze CH6, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 8**Pozycja 10-11**

Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 50 cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 8**Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze Ch27?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 8**Pozycja 10-11**

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne w opakowaniu podwójnym - zewnętrzne papier - folia, wewnętrzne folia?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Zadania nr 10

1. Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści produkt o następującej charakterystyce :

Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklonowaniem się nagłośni, przezroczysty korpus z oznaczeniem rozmiaru, przedziału wagowego pacjenta i nazwą producenta (bez objętości mankieta), z numerycznym kodem rozmiarów, sterylna, rozmiary: od 2 do 5; 2 dla 10-20 kg, 2,5 dla 20-30 kg, 3 dla 30-50 kg, 4 dla 50-70 kg, 5 dla powyżej 70 kg

Odp: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 spodenki do kolonoskopii rozmiar L jako uniwersalny (szerokość 120 cm) ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający oczekuje spodenek do kolonoskopii z włókniny oddychającej czyli SMS 28 g / m²

Odp: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 sliniaki wiązane z kieszenią , o wymiarach 37 x 70 cm ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 koszule dla pacjenta z rozcięciem z przodu , SMS 35 g / m² , kolor niebieski

Odp: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 . Zestaw pościeli, włóknina typu Polipropylen 25 g/m kw., skład: poszewka na poduszkę 70 x 80 cm + 10 cm zakładka, poszwa 160 x 210 cm, prześcieradło 150 x 210 cm, kolor zielony ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający