

Numer sprawy: ZP.232.16.2018

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

#### **Wyjaśnienia**

Dotyczy: ogłoszenia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

#### **Zadanie nr 3 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych śliniaków dentystycznych w rozmiarze 38x48 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp: Zamawiający dopuszcza

#### **Zadanie nr 3 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli dla pacjenta w kolorze granatowym lub niebieskim, pozostałe parametry bez zmian.

Odp: Zamawiający dopuszcza

#### **Zadanie nr 8 poz. 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley'a CH-6 z balonem o poj. 3-5 ml.

Odp: Zamawiający dopuszcza

#### **Zadanie nr 8 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley'a CH-16, poj. balonu 30 ml.

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 8 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley'a 100% silikon, 42 cm, poj. balonu 5-15 ml, CH-16, CH-18, CH-20.

Odp: Zamawiający dopuszcza

**Zadanie nr 8 poz. 10-11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów brzusznych wykonanych z medycznego silikonowanego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości.

Odp: Zamawiający dopuszcza