

Numer sprawy: ZP.232.18.2018

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

#### **Wyjaśnienia**

Dotyczy: ogłoszenia na dostawę fartuchów , serwet chirurgicznych ,koszul ,podkładów ginekologicznych

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

#### **Pytanie 1**

Serwety chirurgiczne mają być wykonane z nieprzemakalnej tkaniny poliestrowo bawełnianej o 70 % zawartości bawełny .. rozumiemy – przez 100 cykli prania i sterylizacji . Wg naszej wiedzy nie istnieje taka tkanina . Bawełna z natury rzeczy chłonie wodę i przemaka podobnie zastosowany w niej poliester , nawet jeśli zastosowano wobec niej jakiś rodzaj powleczenia .W związku z powyższym - czy może to być tkanina poliestrowa-bawełniana o żądanej gramaturze i zawartości bawełny 60 % . ?

Odp: Zamawiający dopuszcza tkaninę bawełniano - poliestrową o zawartości bawełny 60%, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących gramatury oraz pełnej zgodności z normą PN-EN 13795.