

Numer sprawy: ZP.261.7.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia i modyfikacje

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 26 części .

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Część nr 23, pkt .3

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie do osobnego pakietu , modułu lampy ksenonowej do źródła światła X8000 ?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę , dokonuje modyfikacji

2.Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w art. 5 ust. 1 z 2% na 0,5%? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Odp: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający doda zapis w art. 5 ust. 3, oraz art. 6 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp: Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający dookreśli w art. 6 ust. 4 lit. b że wskazane trzy niezrealizowane w terminie dostawy uprawniające do rozwiązania umowy dotyczą kolejnych po sobie dostaw? Z uwagi na termin obowiązywania umowy oraz ilość potencjalnych dostaw koniecznym jest dookreślenie jak powyżej.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy części 2,3,4,16

5. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie oryginalnych numerów katalogowych poszczególnych pozycji z powyższych części.

Odp. Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Pytanie 2. Dotyczy części 2,3,4,16

6. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę wysokiej klasy zamienników produktów dla poszczególnych części?

Odp : Zgodnie z opisem zawartym SIWZ

Pytanie 3. Dotyczy części 2,3,16

7. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego o podanie jakiej technologii mają być czujniki SpO2 z powyższych części (Masimo, Nellcor, ..)

Odp. część 2, 3 - tru Signac GE , część 16 - Zamawiający oczekuje czujnika wpinanego bezpośrednio do monitora

Pytanie 4. Dotyczy części 2,3,16

8. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy mankiety z powyższych części mogą być wyposażone w konektory połączeniowe?

Odp . Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 5. Dotyczy części 2

9. Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy zezwoli na dostarczenie czujników SpO2 z poz. nr 7 z powyższej części o parametrach od 15 do 40 kg zamiast od 10 do 40 kg ?

Odp : Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy pakietu nr 9

10. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert zgodzi się na wydzielenie z ww pakietu poz.6; 7; 8 oraz 9 i utworzenie nowego pakietu nr 9A?

Odp : Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy SIWZ

11. Zdaniem UZP oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może też być złożone wraz z ofertą, jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Czy w powyższej sytuacji Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia razem z ofertą?

Odp : Stosownie do przepisu art. 26 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczenia na potwierdzenie, że złożone wraz z ofertą dokumenty , w tym oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej są aktualne w dacie złożenia oświadczenia.

Część 1 - Akcesoria do monitora Nikon Kohden

12. Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie czujnika dla pacjentów o masie powyżej 40 kg.

Odp : Zgodnie z SIWZ

13. Prosimy o wydzielenie poz. 4.

Odp : Zgodnie z SIWZ

14. Poz. 6 Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazania do czego ma służyć przewód lub o podanie nr katalogowego.

Odp: Odpowiedź w modyfikacji

15. Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie czujnika silikonowego na palec, dla pacjentów o masie 10-40 kg.

Odp : Zamawiający dopuszcza.

Część 2 - akcesoria do aparatu do znieczulania ogólnego Datex – Ohmeda S/5/Aespire 7100

16. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m.

Odp .Zamawiający dopuszcza.

17. Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie czujnika dla pacjentów o masie powyżej 40 kg.

Odp : Zgodnie z SIWZ

Część 3 - osprzęt do aparatu do znieczulania ogólnego Carestation

18. Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m

Odp .Zamawiający dopuszcza.

19.Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie rozmiarów 10-19cm, 18-26cm, 25-35cm, 34-47cm

Odp .Zamawiający dopuszcza.

Część 16 - osprzęt do kardiomonitora EDAN

20. Poz. 4 Prosimy o określenie czy czujnik będzie wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Odp : Zamawiający oczekuje czujnika wpinanego bezpośrednio do monitora

21. Prosimy również o przesunięcie terminu składania ofert o 5 dni.

Odp : Zgodnie z SIWZ

22. Pytanie do części nr 18

Czy ze względu na czas potrzebny na sprowadzenie akcesoria od zagranicznego producenta ,Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia ?. Proszę zwrócić uwagę na fakt , że zużycie akcesoriów objętych pakietem nr 18 można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem .

Odp: Zamawiający wyraża zgodę dokonuje modyfikacji SIWZ dotyczącej terminu dostawy w pkt 13.1 siwz

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie **modyfikuje** treść SIWZ w ten sposób, że:

- w **Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy Zamawiający z Części nr 23 wyłącza poz. 3 i tworzy Część nr 23A**

(W załączeniu część 23 i 23A po modyfikacji)

Formularz cenowy - osprzęt do artroskopu firmy STRYKER CZĘŚĆ NR 23

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Światłowod dł. 3 m w przeźroczystej osłonie	szt	2						
2	Dren flocontrol wielorazowego użytku do pompy artroskopowej dwurolkowej	szt	6						
3	Nasadka wiertarska Jacobs 6.35 mm z kluczykiem , kompatybilna z napędem wiertarki systemu ES 6	szt	1						
4	Przewód sterujący napędy systemu ES 6	szt	1						
5	Razem:	--	-	-		-			-

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....

Data i podpis

Formularz cenowy - osprzęt do artroskopu firmy STRYKER CZĘŚĆ NR 23A

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Producent/ katalogowy nr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Moduł lampy ksenonowej do źródła światła x 8000	szt	1						
2	Razem:	--	-	-		-			-

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....

Data i podpis

- w **Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy w CZĘŚCI NR 1 poz. 6** otrzymuje brzmienie :

„6.Przewód połączeniowy IBP do pomiaru ciśnienia , do kardiomonitora L901”

(w załączeniu formularz cenowy po modyfikacji).

Załącznik nr 2 do siwz -FORMULARZ CENOWY akcesoria do kardiomonitora nihon kohden Typ MU-671 RK CZĘŚĆ NR 1

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1	Czujnik do pomiaru SpO2 wielorazowy, typu klips , dla pacjentów o masie od 20 kg	szt	6						
2	Przewód pacjenta do elektrod , kable EKG trzy żyłowy (IC 906 P)	szt	1						
3	Odprowadzenie przedsercowe (BR 903) P	szt	1						
4	Jednorazowy adapter do pomiaru CO2 w strumieniu	szt	50						

	głównym dla pacjentów zaintubowanych (R903/TG900P)								
5	Czujnik typ Y kompatybilny z klipsem na ucho (P205A)	szt	10						
6	Przewód połączeniowy IBP do pomiaru ciśnienia , do kardiomonitora L901	szt	1						
7	Czujnik jednorazowy do pomiaru SpO2 dla dorosłych	szt	10						
8	Czujnik jednorazowy do pomiaru SpO2 dla dzieci	szt	5						
9	Czujnik Sp O2 opaska silikonowa 15-40 kg	szt	1						
10	Razem :	-	-	-		-			-

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....
Data i podpis

- W pkt 13.1 Termin dostawy otrzymuje brzmienie :

Termin dostawy	Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji podanych przez Wykonawców w Formularzu ofertowym Wartość punktowa terminu dostawy dla części od 1 do 5 , od 7 do 17 i od 19 do 26: - dostawa do 5 dni od złożenia zamówienia- 40% - dostawa do 7 dni od złożenia zamówienia – 0% Uwaga: dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy 7 dni od złożenia zamówienia Wartość punktowa terminu dostawy dla części 6 i 18 : - dostawa do 60 dni od złożenia zamówienia- 40% - dostawa do 70 dni od złożenia zamówienia- 0% Uwaga: dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy do 70 dni od złożenia zamówienia	40%
----------------	---	-----