

Numer sprawy: ZP.261.14.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia, modyfikacja

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 12 części .

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Dotyczy zadania nr 12

1. Prosimy o doprecyzowanie , czy podany w poz. 1-8 rozmiar staplerów liniowych i ładunków do staplerów oznacza długość linii szwu uzyskiwaną przy użyciu staplera wyrażoną w mm (czyli odpowiednio 45 i 60 mm)
2. Prosimy o doprecyzowanie, czy staplery liniowe i ładunki opisane w poz. 1, 2, 5 i 6 jako typ standard mają być przeznaczone do zszywania tkanek standardowych i zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 3,5mm (przed zamknięciem)?
3. Prosimy o doprecyzowanie, czy staplery liniowe i ładunki opisane w poz. 3, 4, 7 i 8 jako typ do tkanki grubej mają być przeznaczone do zszywania tkanek grubych i zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 4,8mm (przed zamknięciem)?
4. Prosimy o doprecyzowanie , czy podany w poz. 9-12 rozmiar 55mm staplerów liniowych z nożem i ładunków do staplerów oznacza długość linii cięcia 55mm przy długości linii szwu 57mm uzyskiwanej przy użyciu staplera wyrażonej w mm
5. Prosimy o doprecyzowanie, czy staplery i ładunki opisane w poz. 9 i 11 i przeznaczone do tkanki o grubości 1,5mm mają być wyposażone w zszywki tytanowe o wysokości 3,85mm (przed zamknięciem).
6. Prosimy o doprecyzowanie, czy staplery i ładunki opisane w poz. 10 i 12 i przeznaczone do tkanki o grubości 2,0 mm mają być wyposażone w zszywki tytanowe o wysokości 4,50mm (przed zamknięciem).

Odp. na pyt. od 1-6: Zamawiający dokonuje modyfikacji

Dotyczy artykuł 5 ust. 1 wzoru umowy

7. Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: (...) **0,50% wartości ceny brutto niezrealizowanej części umowy** (...).

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy artykuł 5 ust. 3 wzoru umowy

8. Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: (...) **10% wartości ceny netto niezrealizowanej części umowy** (...).

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy artykuł 6 pkt 4 lit. b) wzoru umowy

9. Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący:

„...b) w przypadku co najmniej trzykrotnego, **kolejnego** niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w artykule 2 ust. 3, **po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy...**”

Odp.: Zgodnie z SIWZ

10. Część nr 7 , poz.1 : Przetworniki do KTG

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu co pozwoli złożyć ofertę konkurencyjną cenowo.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Część 1 Poz. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9

11. Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 do osobnej części, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Poz. 1

12. Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta powyżej 40 kg lub 10-40 kg

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Poz. 8

13. Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta od 1 do 20 kg

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Poz. 9

14. Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta od 10 do 40 kg

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Część 2 Poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7

15. Prosimy o wydzielenie pozycji 2, 3, 4, 5, 6, 7 do osobnej części, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Poz. 4

16. Prosimy o dopuszczenie czujnika o długości 0,9 m przeznaczonego dla pacjentów powyżej 40 kg lub od 10 do 40 kg

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Część 3

Poz.1

17. Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5 m

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Poz. 2

18. Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarach: 10-19cm, 18-26cm, 25-35cm, 34-47cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Część 5

Poz.1

19. Prosimy o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 22x25 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 12 Poz. 1, 2, 3, 4

20. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby stapler wyposażony był w kolorowy wskaźnik, który informuje na jakim etapie użycia staplera znajduje się lekarz?

Odp. : Zamawiający dopuszcza

Poz 9

21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera liniowego z nożem w rozmiarze 60 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Poz. 10

22. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera liniowego z nożem w rozmiarze 60 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Poz. 11

23. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku do staplera liniowego z nożem w rozmiarze 60 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Poz. 12

24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku do staplera liniowego z nożem w rozmiarze 60 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 Pozycja 1

25. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp.: Technologia BLU PRO

Pakiet 1 Pozycja 5

26. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp.: Technologia BLU PRO

Pakiet 1 Pozycja 5

27. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości czujnika.

Odp.: 1,5-3 m

Pakiet 1 Pozycja 9

28. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp.: Technologia BLU PRO

Pakiet 1 Pozycja 9

29. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości czujnika.

Odp.: 1,5-3 m

Pakiet 1 Pozycja 4,6

30. Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w zadaniu 1 wydzieli pozycje: **4 i 6** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 Pozycja 2

31. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o typie modułu.

Odp.: Moduł E -PRESTN

Pakiet 2 Pozycja 6

32. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF sensora.

Odp.: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Pakiet 2 Pozycja 8

33. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu.

Odp.: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Pakiet 2 Pozycja 1

34. Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w zadaniu 2 wydzieli pozycje: **1** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 Pozycja 2

35. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów do pomiaru NBP kompatybilny z przewodem rozm. : 12-19 cm, 18-26 cm, 25-35 cm i 33-47 cm ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 3 Pozycja 3

36. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odp.: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Pakiet 3 Pozycja 3

37. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o kabel kompletny czy rozłączny.

Odp.: Zamawiającemu chodzi o kabel kompletny

Pakiet 3 Pozycja 5

38. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odp.: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Pakiet 3 Pozycja 5

39. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości kabla czujnika.

Odp.: 1-2 m

Pakiet 3 Pozycja 6

40. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odp.: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Pakiet 5 Pozycja 3

41. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik.

Odp.: Technologia Nellcor

Pakiet 5 Pozycja 4

42. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp.: Technologia Nellcor , wpinany bezpośrednio do monitora

Pakiet 5 Pozycja 2

43. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarze 6,9 – 11,7 cm. Reszta bez zmian.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Pakiet 5 Pozycja 1

44. Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w zadaniu 5 wydzieli pozycje: **1** i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Pakiet 7 Pozycja 1

45. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przetwornika.

Odp.: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Pakiet 7 Pozycja 2

46. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przetwornika.

Odp.: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Pakiet 7 Pozycja 3

47. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przetwornika.

Odp.: Podanie nr katalogowych nie jest obowiązkiem zamawiającego

48. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp. : zgodnie z SIWZ

49. Pakiet nr 2 akcesoria do aparatu do znieczulania ogólnego Datex – Ohmeda S/5/Aespire 7100

Jako wyłączny dystrybutor oryginalnych akcesoriów zaakceptowanych przez Producenta urządzeń Datex Ohmeda – Firmę GE Healthcare, prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 2 pozycji od 1-6, w celu złożenia atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty cenowej.

Odp.: zgodnie z SIWZ

50. Pakiet nr 3 osprzęt do aparatu do znieczulania ogólnego Carestation 650

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy oryginalnych akcesoriów dedykowanych i zatwierdzonych przez Producenta Aparatury?

Odp.: Zamawiający dopuszcza .

51. Dotyczy wzoru umowy art. 5 ust. 1, załącznik nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis na następujący:

„W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia.”

Odp.: zgodnie z SIWZ

52. dot. artykułu 5 pkt. 1 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odp.: zgodnie z SIWZ

53. dot. załącznika nr 2 do SIWZ – część 9, poz. 13

Prosimy o wskazanie jednostki miary w poz. 13 zadania 9.

Odp.: jednostka miary - szt

Załącznik do SIWZ – formularz cenowy

Dotyczy części nr 1

54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego adaptera do pomiaru CO₂ w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych (nr katalogowy: R801) w oryginalnym opakowaniu zbiorczym oferowanym przez producenta kardiomonitorów Nihon Kohden (1 op. = 50 szt.)?

Odp. : Zamawiający wyraża zgodę.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie **modyfikuje** treść SIWZ w ten sposób, że:

- W załączniku nr 2 do siwz część nr 12 otrzymuje brzmienie:

FORMULARZ CENOWY - staplery chirurgiczne , ładunki do staplerów część nr 12
załącznik nr 2 do siwz

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jednorazowy , stapler liniowy /Typ standardowy) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 45 mm, zaopatrzony w zszywki tytanowe o wysokości 3,5 mm(przed zamknięciem), przeznaczony do zszywania tkanek standardowych	szt	2						
2	Jednorazowy , stapler liniowy /Typ standardowy) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 60 mm , zaopatrzony w zszywki tytanowe o wysokości 3,5 mm(przed zamknięciem), przeznaczony do zszywania tkanek standardowych.	Szt	1						
3	Jednorazowy , stapler liniowy /do tkanki grubej) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 45 mm , zaopatrzony w zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm(przed zamknięciem), przeznaczony do zszywania tkanek grubych.	Szt.	2						
4	Jednorazowy , stapler liniowy /do tkanki grubej) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 60 mm zaopatrzony w zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm(przed zamknięciem),	szt	1						

	przeznaczony do zszywania tkanek grubych.								
5	Ładunki do jednorazowego staplera liniowego (typ standard) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 45 mm, zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 3,5 mm(przed zamknięciem), przeznaczony do zszywania tkanek standardowych	szt	4						
6	Ładunki do jednorazowego staplera liniowego (typ standard) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 60 mm, zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 3,5 mm(przed zamknięciem), przeznaczony do zszywania tkanek standardowych	szt	2						
7	Ładunki do jednorazowego staplera liniowego (do tkanki grubej) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 45 mm , zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm(przed zamknięciem), przeznaczony do zszywania tkanek grubych.	szt	4						
8	Ładunki do jednorazowego staplera liniowego (do tkanki grubej) długość linii szwu uzyskiwana przy użyciu staplera 60 mm , zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 4,8 mm(przed zamknięciem), przeznaczony do zszywania tkanek grubych.	szt	2						
9	Jednorazowy , stapler liniowy z nożem (nóż w korpusie) długość linii cięcia 55 mm przy długości linii szwu 57 mm , grubość tkanki 1,5 mm, zaopatrzone w zszywki	szt	3						

	tytanowe o wysokości 3,85 mm(przed zamknięciem)								
10	Jednorazowy , stapler liniowy z nożem (nóż w korpusie) długość linii cięcia 55 mm przy długości linii szwu 57 mm , grubość tkanki 2,0 mm, zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 4,50 mm(przed zamknięciem)	szt	3						
11	Ładunki do staplera liniowego z nożem (nóż w korpusie) , długość linii cięcia 55 mm przy długości linii szwu 57 mm, grubość tkanki 1,5 mm , zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 3,85 mm(przed zamknięciem)	szt	6						
12	Ładunki do staplera liniowego z nożem (nóż w korpusie) , długość linii cięcia 55 mm przy długości linii szwu 57 mm, grubość tkanki 2,0 mm , , zaopatrzone w zszywki tytanowe o wysokości 4,50 mm (przed zamknięciem)	szt	6						
13	Razem	-	-						

Dot. kolumny 10 - w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.....
Data i podpis

- w załączniku nr 2 do siwz w części nr 9 w poz. 13 w kolumnie jednostka miary wpisuje się szt.

13	Ostrze trokara 5,5 x 80 mm , trójkątna końcówka	Szt.	2						
----	---	------	---	--	--	--	--	--	--

Zamawiający

