

Numer sprawy: ZP.232.26.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: ogłoszenia na dostawę aparat EKG z wyposażeniem

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Pytanie 1: dotyczy pkt. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z prezentacją na wyświetlaczu 3/6/12 przebiegów EKG, wyników, analizy i interpretacji?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

Pytanie 2: dotyczy pkt. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z ekranem dotykowym 7”?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

Pytanie 3: dotyczy pkt. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG, który nie jest przystosowany do pracy na otwartym sercu?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

Pytanie 4: dotyczy pkt. 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z wydrukiem 3/6/12 przebiegów EKG?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

Pytanie 5: dotyczy pkt. 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z filtrem mięśniowym 25/40 Hz?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6: dotyczy pkt. 22

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z filtrem autoadaptacyjnym izol linii?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7: dotyczy pkt. 24

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z czułością 5/10/20 mm/mV?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8: dotyczy pkt. 32

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG bez dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeń?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

Pytanie 7: dotyczy pkt. 34

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG bez funkcji EKG-M@il?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

Pytanie 8: dotyczy pkt. 35

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z jednym portem

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

Pytanie 9: dotyczy pkt. 38

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z klawiaturą funkcyjną? Wszystkie dane pacjenta są wprowadzane za pomocą ekranu dotykowego?

Odp: Zgodnie z ogłoszeniem

Pytanie 10: dotyczy pkt. 39

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG o wymiarach 413x295x80 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11: dotyczy pkt. 22

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG z

Odp: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi ze względu na nie dokończoną treść pytania .

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.12.2018 r godz.10:00.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.12.2018 r godz.10:15.Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia pozostają bez zmian .