

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia, modyfikacja

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, rękawic medycznych materiałów opatrunkowych, , pieluchomajtek

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. Pytanie dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

2. Pytanie dot. Zadania nr 6

Czy Zamawiający w w/w zadaniu dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

3. Pytanie dot. Zadania nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę ostrą (odwrotnie tnącą) 26mm o krzywiznie 3/8 koła, długości nici 75 cm, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

4. Pytanie dot. Zadania nr 7 poz. 1-7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o długości 75 cm zamiast wymaganych 90 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

5. Pytanie dot. Zadania nr 8

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szwy syntetyczne, plecione, poliestrowe powlekane silikonem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 18; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających na zewnętrznej warstwie oznakowanie poziomu chłonności produktu w postaci systemu kropelkowego? Należy nadmienić, że takie oznakowanie jest bardzo pomocne dla personelu medycznego, który indywidualnie dobiera produkt do

pacjenta. Dzięki temu rozwiązaniu personel jest w stanie odpowiednio dobrać produkt do poziomu nietrzymania moczu pacjenta, co chroni przed wyciekami i dodatkowym czasem pracy oraz kosztami. Ma to bezpośredni wpływ na oszczędności finansowe Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

7. Zadanie 17, poz. 1

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejadalną, szer. 90 cm x 100 m?

Odp.: Zgodnie z siwz

8. Zadanie 17, poz. 1,4,5

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a .

Odp.: Zgodnie z siwz

9. Zadanie 17, poz. 1,4-5,11-12

Prosimy o wydzielenie poz. 1,4-5,11-12 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

10. Zadanie 17, poz. 11-12

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 11-12 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

11. Zadanie 17, poz. 4-10

Prosimy o wydzielenie poz. 4-10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

12. Zadanie 17, poz. jałowe 4-10

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza – tlenek etylenu

13. Zadanie 17, poz. jałowe 4-10

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby wyroby w poz. 4-10 były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. ?

Odp.: Zgodnie z siwz

14. Zadanie 17, poz. 6-8

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 7 pozycji 1-7 i 11 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 7 na igłę odwrotnie tnącą w tych pozycjach, gdzie jest wymagana igła ostra, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 7 poz.4 również na igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 7 poz.6 również na igłę o długości 30 lub 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza igłę o długości 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Części 7 poz.10 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

20. Część 1, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o długości 65mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów

21. Część 1, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

22. Część 1, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

23. Część 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych z kwasu poliglikolowego, powlekanych o czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odp.: Zgodnie z siwz

24. Część 2, pozycja 3, 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

25. Część 2, pozycja 6 – 8 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie części nr 2.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

26. Część 4, pozycja 5 – 6 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie części nr 4.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

27. Część 7, pozycja 1 – 7, 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

28. Część 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej we wszystkich pozycjach w których wymagana jest igła ostra?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

29. Część 7, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

30. Część 7, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm lub 39mm z nitką o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza igłę o długości 39mm z nitką o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów

31. Część 7, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

32. Część 8, pozycja 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby szwy były powlekane polibutylenem i dopuści szwy powlekane silikonem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

33. Część 8, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis

34. Część nr 13, poz.1

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny? Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m². Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Zawiera w swoim składzie: wodę, lauretosiarczan sodowy, chlorek sodu, cocamide DEA, betaina kokamidopropylowa, alkohol benzylowy, chlorometyloizotiazolinon (oraz) metyloizotiazolinon (oraz) glikol propylenowy, kwas cytrynowy, C.I.61570., C.I.19140.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

35. Część nr 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała noworodków nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu, wykonana w całości z poliestru o gramaturze 400g/m², rozmiar 12cm x 10cm. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'40 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Produkt pozbawiony latexu. Opakowanie foliowe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

36. Część nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z podfoliowanej celulozy (Airlaid) w rozmiarze 16cm x 23cm, op. a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

37. Zadanie 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gazę pakowaną 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

38. Zadanie 17 poz. 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na watę opatrunkową o składzie 50% bawełny 50% wiskozy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

39. Zadanie 17 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

40. Zadanie 17 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy o rozmiarze 10cm x 10cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

41. Zadanie 17 poz. 9-10

Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

42. Zadanie 17, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana gaza była pakowana podwójnie, które zabezpiecza wyrób w czasie transportu worków PE i papier pakowny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

43. Zadanie 17, poz. 9-10: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana gaza opatrunkowa była pakowana podwójnie, wewnątrz pakowana w papier medyczny oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność? Rozwiązanie takie pozwala użytkownikowi uniknąć przypadkowego kontaktu z jałowym wyrobem oraz zmniejsza ryzyko jego przypadkowego zanieczyszczenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

44. Zadanie 17, poz. 11- 12: Czy Zamawiający wymaga, aby opaska dziana podtrzymująca była wykonana w 100% z wiskozy? Czy Zamawiający wymaga karty danych technicznych celem oceny jakościowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytania dot. projektu umowy:

45. Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odp.: TAK

46. Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoki” w Artykule 5 ust. 1?

Odp.: Zgodnie z siwz

47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku zwłoki w dostawie była naliczana od niezrealizowanej części zamówienia, a nie od wartości całej umowy?

Odp.: Zgodnie z siwz

48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy była naliczana od części umowy niezrealizowanej?

Odp.: Zgodnie z siwz

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie **modyfikuje** treść SIWZ w ten sposób, że:

- w załączniku nr 2 do siwz- formularz cenowy w części nr 8 Nici chirurgiczne jałowe

syntetyczne niewchłaniane II w poz. 2 kolumna 7 (rodzaj igły) otrzymuje brzmienie „**okrągła**”.

Zamawiający