

ZP.232.3.2019

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienia

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na dostawę materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Dotyczy CZĘŚCI nr 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 13-22) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 120mm x 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający w poz. 20 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 400mm x 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający w poz. 21 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 100mmx40mmx100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości papieru na rozdarcie w kierunku walcowania MD 700 mN, w kierunku poprzecznym CD- 750 mN?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytania do wzoru umowy

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany art. 2 ust. 6 poprzez nadanie mu brzmienia:

„6. Opóźnienie w zapłacie ceny do 35 dni nie może stanowić podstawy do wstrzymywania towarów.”

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów

2. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany art. 5 ust. 1 i 3 poprzez nadanie mu brzmienia:

1. W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,50 % wartości ceny ofertowej brutto, o której mowa w art.3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości ceny netto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy W
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów

Pytanie 1 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz.1)

Prosimy o dopuszczenie testu do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolującego penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134°C/3,5 min. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zaokrąglając w górę.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz.2 i 3)

Prosimy o dopuszczenie taśm o szerokości 18 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz.4)

Prosimy o dopuszczenie testów biologicznych zgodnych z SIWZ ze wskaźnikiem procesu typu 1, z możliwością umieszczenia wewnątrz przyrządu testu typu 5 bądź 6. Dostawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy 3 kompatybilne przyrządy, zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 4 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz.6)

Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SIWZ w opakowaniach a'250 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz.7)

Prosimy o dopuszczenie testów typu 5, które nie posiadają warstwy polimeru (substancja w żaden sposób nie przydatna dla testów kontroli sterylizacji, a znacznie zwiększająca koszt takiego wskaźnika) z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku, kompatybilne z opisanym przyrządem, pakowane a '250 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz.8)

Prosimy o dopuszczenie niezawierających niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej jednoznacznie zmieniającym barwę z jasnej na

ciemną, umieszczonym przy dolnej krawędzi etykiety, z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśm – na rolce 500 sztuk etykiet, pakowane a' 24 rolki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Do każdego opakowania dostarczony zostanie wałek z tuszem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz.11)

Prosimy o dopuszczenie etykiety o wymiarze 29 x70mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz.12)

Prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do osobnego zadania, co przełoży się na możliwość złożenia oferty przez większą ilość oferentów o znacznie konkurencyjnych cenach.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 9 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz.12)

Czy Zamawiający dopuści by opisane przyrządy wykonane były ze stali nierdzewnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający