

ZP.232.3.2019

### Wszyscy zainteresowani

#### Wyjaśnienia

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na dostawę materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

#### **Dotyczy produktów zamówienia:**

1. Zad. 2 poz. 25-26, 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody
2. Zad. 2, poz. 15: czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 120mm x 200 mb?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
3. Zad. 2, poz. 21: czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 100x40mm x 100mb?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
4. Zad. 2, poz. 24: czy Zamawiający dopuści rękaw włókninowo-foliowy w rozmiarze 210mmx100mb?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
5. Zad. 2, poz. 27 (poz.1): czy Zamawiający dopuści torebki foliowo włókninowe w rozmiarze 490x640 mm w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
6. Zad. 2, poz. 27 (poz.2): czy Zamawiający dopuści torebki foliowo włókninowe w rozmiarze 490x750 mm w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
7. Zad. 2, poz. 27 (poz.2): czy Zamawiający dopuści torebki foliowo włókninowe w rozmiarze 600x900 mm w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości?  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza
8. Zad. 2, poz. 29 (poz. 1): czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne do tac w rozmiarze 35x30cm pakowane a'2000 z przeliczeniem zamawianych ilości?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
9. Zad. 2, poz. 29 (poz. 2): czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne do tac w rozmiarze 30x50 a'1000 z przeliczeniem ilości?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
10. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający dopuści papier o zawartości siarczanów  $\leq 0,034\%$ , wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania 1,85kN/m, w kierunku poprzecznym 1,35kN/m, na mokro w kierunku walcowania 0,72kN/m i w kierunku poprzecznym 0,42kN/m?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza

11. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający dopuści papier o wytrzymałości na przepuklinie na sucho 115 kPa?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
12. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający odstąpi od wykazania wytrzymałości na rozdarcie?  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody
13. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający dopuści papier o odporności na przesiąkanie wody 22s i wydłużeniu na zerwania w kierunku walcowania 11% i w kierunku poprzecznym 7,5%?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
14. Zad. 2, wymogi dotyczące włókniny sterylizacyjnej: czy Zamawiający dopuści włókninę o zawartości chlorków 0,03% i siarczanów 0,12%?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
15. Zad. 2, wymogi dotyczące włókniny sterylizacyjnej: czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykazania niezwilżalności roztworem soli fizjologicznej?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
16. Zad. 2, wymogi dotyczące włókniny sterylizacyjnej: czy gramatura 57g/m<sup>2</sup> może być gramaturą minimalną?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
17. Zad 2, wymogi dotyczące rękawów papierowo-foliowych: czy Zamawiający dopuści papier o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości papieru na przedarcie wzdłużne 600mN, wytrzymałości papieru na przedarcie poprzeczne 650mN oraz siły zrywającej folii wzdłuż 65 N?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
18. Zad 2, wymogi dotyczące rękawów papierowo-foliowych: czy Zamawiający dopuści papier o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości papieru na przedarcie wzdłużne 700mN, wytrzymałości papieru na przedarcie poprzeczne 750mN oraz siły zrywającej folii wzdłuż 65 N?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza
19. Zad 2, wymogi dotyczące rękawów papierowo-foliowych: czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia nr katalogowego? Dużo bardziej istotną informacją jest rozmiar rękawa, a ta informacja jest zawarta na oferowanych rękawach.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza

**Dotyczy zapisów umowy:**

1. czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?  
Odp.: TAK
2. Dot. art. 3: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?  
Odp.: Zgodnie z ogłoszeniem
3. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

**4.** Dot. art. 5 ust. 1 : czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była naliczana od niedostarczonej części zamówienia?

Odp.: Zgodnie z ogłoszeniem

**5.** Dot. art. 5 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zastąpić słowem „zwłoki”?

Odp.: Zgodnie z ogłoszeniem

**6.** Dot. art. 5 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zgodnie z ogłoszeniem

Zamawiający