

Lubaczów, 11.06.2019

Numer sprawy: ZP.261.1.2019

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia, modyfikacja

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Pytania dot. asortymentu:

1. Część 5 poz. 14-19: Czy Zamawiający wyłączy wymienione wyżej pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoliłaby naszej firmie na złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

2. Część 5 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130 x 90 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. : Zamawiający dopuszcza .

3. Część 5 poz. 18: Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6 x 8 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. : Zamawiający dopuszcza .

4. Część 5 poz. 18: Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 5 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. : Zamawiający nie wyraża zgody .

5. Część 5 poz. 19: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 40 x 45 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. : Zamawiający dopuszcza .

6. Część 6 poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści siatki o średnicy oczka 0,92 mm oraz grubości nici 0,16 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Zgodnie z SIWZ

7. Część 6 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 8 x 13 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

8. Część 8 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści śliniaki w rozmiarze 60 x 40 cm z kieszonką o głębokości 10 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

9. Część 8 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny o gram. 35g/m², w kolorze niebieskim, o długości 110 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytania dot. projektu umowy:

10. Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odp.: TAK

11. Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoki” w Artykule 5 ust. 1?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku zwłoki w dostawie była naliczana od niezrealizowanej części zamówienia, a nie od wartości całej umowy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy była naliczana od części umowy niezrealizowanej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

14. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 4 Artykuł 2 wzoru umowy (cyt.):

4 Do każdej dostarczonej partii towaru WYKONAWCA dołączy fakturę VAT określającą nazwy i ceny jednostkowe dostarczonych towarów.

i nada mu proponowane brzmienie:

4. Do każdej dostarczonej partii towaru WYKONAWCA dołączy fakturę VAT określającą nazwy i ceny jednostkowe dostarczonych towarów. Dopuszcza się przesłanie faktury VAT faksem lub elektronicznie w dniu dostawy towaru, z zastrzeżeniem niezwłocznego dostarczenia jej oryginału pocztą poleconą.

UZASADNIENIE:

W przypadku usytuowania magazynów i spedycji Wykonawcy poza siedzibą jego biura, gdzie wystawiane są faktury za realizowane dostawy towarów, brak jest możliwości dołączenia faktury do dostarczanego wyrobu medycznego (wysyłce zawsze towarzyszy dokument WZ). Na potrzeby logistyczno-formalne (np. przyjęcie towaru do apteki szpitalnej/ magazynu Zamawiającego) wystarczające będzie przekazanie wraz z towarem kopii faktury, zaś na potrzeby księgowości oryginał faktury zostanie niezwłocznie dostarczony pocztą.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

15. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 1 i 3 Artykuł 5 wzoru umowy (cyt.):

1, W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci

ZAMA WIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,50 % wartości ceny ofertowej brutto, o której mowa w art. 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

2.(...)

3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości ceny ofertowej netto w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

i nada mu proponowane brzmienie:

1. W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci

ZAMA WIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,50 % wartości ceny **opóźnionej ofertowej brutto dostawy brutto** za każdy dzień opóźnienia.

2.(...)

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części ceny ofertowej netto w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,

UZASADNIENIE:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kara jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego opóźnienie w realizacji dostawy (także w ramach reklamacji) czy też odstąpieni od umowy, musi być adekwatna do wysokości doznanych szkód i w

żadnej mierze nie powinna być wygórowana, co jest szczególnie istotnym czynnikiem w świetle faktu, iż Zamawiający we wzorze umowy nie przewidział czynników tzw. siły

Zapis pkt. 13 Artykułu 5 wzoru umowy o postulowanej treści będzie pozostawał w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego 52 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli/i zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kały umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Część 3, poz. 1-3

16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Część 3, poz. 1-3

17. Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt., opakowanie zbiorcze bez folii?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Część 3, poz. 1-3

18. Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 3, poz. 1-3

19. Prosimy o dopuszczenie ostrzy bez kolorystycznego kodowania rozmiaru, rozmiar widoczny bezpośrednio na ostrzu, opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym w postaci cyfry.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Część 7, poz. 6-7

20. Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

21. Część 7, poz. 6-7

Czy 1 szt. = 1 rolka?

Odp: Tak , 1 szt. = 1 rolka

Część 7, poz. 6

22. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Część 7, poz. 7

23. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Część 7, poz. 3

24. Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Część 7, poz. 3

25. Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp.: pytanie dotyczy części 9 poz.3, Zamawiający dopuszcza

Część 7, poz. 3

26. Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp. : pytanie dotyczy części 9 poz.3 ,Zamawiający dopuszcza

Część 7, poz. 4

27. Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. : pytanie dotyczy części 9 poz.3 Zamawiający dopuszcza

Część 7, poz. 5

28. Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny podfoliowany, ze ściągaczem dzianinowym o szerokości 5 cm, wiązany z boku i na szyi , wykonany z polipropylenu o gramaturze 30 g/m² + polietylen PE, w kolorze białym, o długości 115 cm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu -100 szt. w kartonie, Oznakowanie CE zgodnie z EU Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, klasa 1, niesterylna?

Odp. : pytanie dotyczy części 9 poz.3 , zgodnie z SIWZ

Część 7, poz. 5

29. Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. : pytanie dotyczy części 9 poz.3 , Zamawiający dopuszcza

Część 10, poz. 1-2

30. Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS oraz IS bursztynow. bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż po konsultacjach z pielęgniarkami z kilku placówek medycznych uzyskaliśmy opinię ,że kroplówka to system zamknięty, a dodatkowy port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło zakażenia ; podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu; placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów płynów i leków w związku z czym trudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki (podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce); nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów; natomiast dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylniej. Ponadto zamieszczony opis znacznie ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą PZP tj. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Pozostawiony wymóg w znaczny sposób (minimum dwukrotnie) podwyższa cenę jednostkową produktu oraz wartość całkowitą pakietu. W związku powyższym faktem oraz negatywną opinią środowiska medycznego pozostawienie aktualnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 10 mogłoby skutkować nieracjonalnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Część 10, poz. 1

31. Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa

20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 10, poz. 2

32. Czy Zamawiający dopuści IS bursztyn. bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 10, poz. 1-2

33. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 10, poz. 1-2

34. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczeu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kołec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 10, poz. 1-2

35. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 10, poz. 1-2

36. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp: zgodnie z SIWZ

Część10, poz. 5

37. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 10, poz. 1-2, 5,17-18,20

38. Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,5,17-18,20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 10, poz. 17-18,20

39. Czy zamawiający dopuści skalę jednostronną, czytelną, niezmywalną w kontrastowym kolorze?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 19, poz. 1

40. Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Część 19, poz. 1

41. Czy zamawiający wymaga opakowania typu papier- folia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część 17, poz. 14

42. Czy zamawiający wydzieli poz.14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 17, poz. 14

43. Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Część 25, poz. 4

44. Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Część 25, poz. 5-6

45. Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Część 25, poz. 31

46. Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

47. Część 25 poz. 31

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Część 25, poz. 36

48. Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm,

dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Część 25, poz. 37

49. Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Część 25, poz. 3-6,15,21-23,25,31,36-38

50. Czy zamawiający wydzieli poz. 3-6,15,21-23,25,31,36-38 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 28, poz. 1

51. Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Część 28, poz. 6

52. Czy zamawiający wydzieli poz. 6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 28, poz. 5

53. Prosimy Zamawiającego o opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Część 28, poz. 5

54. Czy zamawiający ma na myśli 12 opakowań po 100 szt, czy 12 sztuk szczoteczki cytol.?

Odp.: 12 opakowań po 100 szt , zamawiający dokonuje modyfikacji w formularzu cenowym

Część 30, poz. 2

55. Czy zamawiający wydzielił poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 30, poz. 2

56. Prosimy Zamawiającego o opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Część 38, poz. 1-2

57. Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-2 z pakietu 38. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 38, poz. 1

58. Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm, bez kodowania kolorystycznego?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 38, poz. 1-2

59. Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 38, poz. 2

60. Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 2 ml, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm, bez kodowania kolorystycznego?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 38, poz. 2

61. Czy zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową chroniącą przed światłem w zakresie długości fal 290-450 nm?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Część 10

Poz. 1

62/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, wykonanego z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Przyrząd dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości 5,5 cm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0,1ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm, miękki elastyczny dren o długości min. 150cm, uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Jednorazowego użytku. Niepirogenny, nietoksyczny. Opakowanie jednostkowe zgodne z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, typu blister-pack z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu. Sterylizowany tlenkiem etylenu

Odp: zgodnie z SIWZ

Poz. 2

63/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS. Przyrząd jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny. Z filtrem 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml. Ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Poz. 12 -16

Odp: zgodnie z SIWZ

64/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki bez rozszerzenia skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

Odp: zgodnie z SIWZ

Poz. 16

65/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej o pojemności 20 ml pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 19

66/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z wbudowaną igłą w rozmiarze 27G 0,4x12,5 mm

Odp: zgodnie z SIWZ

Poz. 27

67/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,6 x 32 mm

68/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,6 x 25 mm

Odp: zgodnie z SIWZ

Poz. 28

69/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,7 x 32 mm

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 29

70/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,7x 40 mm

Odp: zgodnie z SIWZ

71/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,8 x 50 mm

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 22

Poz. 4

72/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

zadanie nr 33 poz. 1

73. Czy Zamawiający dopuści rękojeść z powierzchnią radelkowaną?

Odp: zgodnie z SIWZ

zadanie nr 33 poz. 1

74. Czy Zamawiający dopuści rękojeść z tworzywa sztucznego z ringiem (umieszczonym pod źródłem światła)?

Odp: zgodnie z SIWZ

zadanie nr 33 poz. 2

75. Czy Zamawiający dopuści numer seryjny na opakowaniu?

Odp: zgodnie z SIWZ

zadanie nr 25 poz. 4

76. Czy Zamawiający dopuści opakowania 75 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

zadanie nr 25 poz. 12

77. Czy Zamawiający dopuści mankiet rozmiar 22x36 cm, baterie AAA?

Odp: zgodnie z SIWZ

zadanie nr 25 poz. 28

78. Czy Zamawiający dopuści resuscytator ciśnieniowy wielorazowego użytku dla dzieci od 10-30 kg. Objętość wyrzutowa 150 ml. Objętość resuscytatora 550 ml?

Odp: zgodnie z SIWZ

zadanie nr 25 poz. 31

79. Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny 1500 ml ze specjalnymi otworami umożliwiającymi zamknięcie worka?

Odp. Zamawiający dopuszcza

zadanie nr 25 poz. 32

80. Czy Zamawiający wymaga masek typu FFP3?

Odp. Zamawiający dopuszcza

zadanie nr 25 poz. 37

81. Czy Zamawiający dopuści wyłącznie rozmiar 2,5 i 4,0 ; op= 250 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp: zgodnie z SIWZ

zadanie nr 25 poz. 39

82. Czy Zamawiający dopuści przyssawka w kształcie grzybka średnica 60 ?

Odp: zgodnie z SIWZ

83. Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu arbitrów – sygn. Akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie cena transakcyjną.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy czym cena ofertowa musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

84. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jako przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano?

Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odp.: Zgodnie z siwz

85. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy w artykule 5 ust. 1 tj. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,50% wartości ceny ofertowej brutto niezrealizowanej części zamówienia.

Odp.: Zgodnie z siwz

86. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy w artykule 5 ust. 3 tj. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości ceny netto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy

Odp.: Zgodnie z siwz

87. Część 1

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania dla rozmiaru CH 10- długość 400 mm, pozostałe parametry i rozmiary zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

88. Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długości 600 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

89. Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści dreny Redona pakowane w formie zwiniętej w rozmiarach CH8-CH18, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 3

90. Pozycja 6-7 Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 34cm?

Odp.: Pytanie dotyczy części nr 2, Zamawiający dopuszcza

91. Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści kateter do embolektomii dwukanałowy 3F/80?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Część 7

92. Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną z poliuretanu w rozmiarze 42 x 42cm, obszar przylepny w rozmiarze 42 x 36cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowany rozmiar , pozostałe parametry zgodne z SIWZ

93. Pozycja 5,6 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny dwuwarstwowy 1 warstwa folii oraz 1 warstwa bibuły?

Odp. Zamawiający dopuszcza

94. Pozycja 5,6 Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 38cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Część 8

95. Pozycja 1,3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

96. Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści śliniaki w rozmiarze 38X49cm, głębokość kieszeni 17,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

97. Pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

98. Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta w kolorze granatowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Część 9,

99. Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

100. Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z polietylenu, wiązany z tyłu na troki?

Odp. Zamawiający dopuszcza

101. Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny wykonany z polietylenu w rozmiarze 71 x 116cm bądź 71 x 180cm?

Odp: zgodnie z SIWZ

Część 15

102. Pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem o pojemności 3 ml dla rozmiaru CH6, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

103. Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze CH6-CH10 z prowadnicą?

Odp. Zamawiający dopuszcza

104. Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-10ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

105. Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-10ml lub 30ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pojemność 30 ml .

106. Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik 100% silikon z balonem o pojemności 5-10ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

107. Pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 50 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

108.Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze Ch27?

Odp. Zamawiający dopuszcza

109.Pozycja 12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty?

Odp: zgodnie z SIWZ

110. Zadanie 30 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu osobny dla chłopców, osobny dla dziewczynek, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

111. Zadanie 30 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o następujących parametrach:

- Prosta, umożliwiająca pobranie próbki z kanału szyjki macicy
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Daleki zasięg dzięki długiej ręczce
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie folia/papier
- Długość 188 mm, długość aplikatora 20 mm

Odp: Pytanie dotyczy części nr 28, zgodnie z SIWZ

112. Zadanie 30 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wymazówki o wymiarach: 170mmx12mmx150mm?

Odp.: Brak takiego asortymentu w opisie Zamawiającego

113. Pytanie do części 23 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system odsysania do rurek intubacyjnych, walidowany na 72h, o dł. 54cm w rozm. 12F, 14F, 16F?

Odp. Zamawiający dopuszcza

114. Pytanie do części 23 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system odsysania do rurek tracheostomijnych, walidowany na 72h, o dł. 30,5cm w rozm. 12F, 14F, 16F?

Odp. Zamawiający dopuszcza

115. Dotyczy Zadania nr 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowe, typu McIntosh, rozmiar 0, 1, 2, 3, 4, 5 oraz Miller 00, 0, 1, 2, 3,4.

Nieodkształcająca się łyżka wykonana niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, bez ostrych krawędzi. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO (tzw. Zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol Ce, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione w górnej części łyżki (mocowanie do rękojeści) po stronie języka łopatk. Pakowanie folia- folia z oznaczeniem daty ważności, rozmiaru łyżki i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2).

Odp: zgodnie z SIWZ

116. pakiet 26 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu wielorazowy wielowarstwowy, do pomiaru ciśnienia krwi – jednożyłowy szer. 12-13 cm , obw. (21-28 cm wykonany z materiału przypominającego nylon , dla dorosłych (nie chłonie potu) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

117. pakiet 26 Pozycja 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla noworodków jednorazowego użytku metoda nieinwazyjną, jednożyłowy 1 op /10 szt rozm. 4,2 – 7,1 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

118. pakiet 26 Pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla noworodków jednorazowego użytku metoda nieinwazyjną jednożyłowy rozm. 6,9 – 11,7 cm 1 op/10 szt ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

119. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp: zgodnie z SIWZ

120. Część nr 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową o długości w części przezroczystej 55 cm z igłą biorczą ściętą standardowo(stożkowo) bez łącznika do dodatkowej iniekcji . Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp: zgodnie z SIWZ

121. Część nr 10 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z elastyczna komora kroplową o długości w części przezroczystej 55 cm z igła biorczą ściętą standardowo(stożkowo) bez łącznika do dodatkowej iniekcji z osłonką pakowaną osobno. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp: zgodnie z SIWZ

122. Część nr 10 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z elastyczna komora kroplową o długości w części przezroczystej 55 cm z igła biorczą ściętą standardowo(stożkowo) bez łącznika do dodatkowej iniekcji. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp: zgodnie z SIWZ

123. Część nr 10 poz. 1,2,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów, których komora kroplowa jest wykonana z medycznego PVC.

Odp: zgodnie z SIWZ

124. Część nr 10 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych tylko w rozmiarze o dł. 1,5 m.

Odp: zgodnie z SIWZ

125. Część nr 10 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych tylko w rozmiarze o dł. 2 m.

Odp: zgodnie z SIWZ

126. Część nr 10 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych tylko w rozmiarze o dł. 1,5 m.

Odp: zgodnie z SIWZ

127. Część nr 10 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z optycznym identyfikatorem pozycji o/z. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

128. Część nr 10 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową pakowaną po 80szt. z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

129. Część nr 10 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową typu Janetta w rozmiarze 100 ml z dodatkowa nasadka typu luer. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

130. Część nr 10 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 50szt z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

131. Część nr 10 poz. 21,22

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z kontrastującym tłokiem w kolorze mlecznym z końcówka typu luer?

Odp. Zamawiający dopuszcza

132. Część nr 10 poz. 21-22

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem 10-12ml oraz 20-22ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza

133. Część nr 10 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę krótkością. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: zgodnie z SIWZ

134. Część nr 10 poz. 23, poz. 24, poz. 33

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp: zgodnie z SIWZ

135. Część nr 21 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści gazik o wymiarze saszetki 6cm x 7cm? Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odp. Zamawiający dopuszcza

136. Część nr 21 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści gazik złożony czterokrotnie 8 warstw o wymiarach po rozłożeniu 160-100mm? Gazik wykonany z wysokogatunkowej 50 g włókniny. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odp. Zamawiający dopuszcza

137. Część nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazik o klasie medycznej IIa?

Odp. Zamawiający dopuszcza

138. Część nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji gazika sterylnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza

139. Część nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazik do dezynfekcji pakowany po 50 szt. z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

140. Część nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gazik suchy + mokry pakowany po 25 zestawów z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

141. Artykuł 5

1. W przypadku **zwłoki** w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości **0,50 % wartości zamawianego towaru**, za każdy dzień **zwłoki**.

Odp: zgodnie z SIWZ

2. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić od WYKONAWCY odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej

Odp: zgodnie z SIWZ

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości **umowy niezrealizowanej netto** w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

Odp: zgodnie z SIWZ

142. Część nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji cewnik do karmienia CH-8 o długości 40 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

143. Część nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zgłębniki żołądkowe Ch 10 – Ch 20 o długości 80-130 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

144. Część nr 8 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych śliniaków dentystycznych w rozmiarze 38x48 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

145. Część nr 8 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli dla pacjenta w kolorze granatowym lub niebieskim, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

146. Część nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki foleya z prowadnicą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza

147. Część nr 15 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley'a CH-16, poj. balonu 30 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza

148. Część nr 15 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley'a 100% silikon, 42 cm, poj. balonu 5-15 ml, CH-16, CH-18, CH-20.

Odp. Zamawiający dopuszcza

149. Część nr 15 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii w rozmiarze 12F i 14F wykonanym z najwyższej jakości poliuretanu silikonowego, trokar w rozmiarze 12F i 14F, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

150. Część nr 17 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule 22G – 0,8x25mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: zgodnie z SIWZ

151. Część nr 17 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G – 1,0x32 mm , pozostałe parametry bez zmian?

Odp: zgodnie z SIWZ

152. Część nr 17 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G – 1,2x45 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: zgodnie z SIWZ

153. Część nr 17 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule 17G – 1,5x45 mm przepływ 140ml/min, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza

154. Część nr 17 poz. 9 – 13

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne wykonane z FEP?

Odp: zgodnie z SIWZ

155. Część nr 17 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o dł. 10 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp: zgodnie z SIWZ

156. Część nr 25 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści Resuscytator marki AMBU dla dzieci 10 – 30 kg, objętość wyrzutowa 450 ml, objętość resuscytatora 635 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

157. Część nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania moczu dla niemowląt osobno dla chłopców i osobno dla dziewczynek?

Odp. Zamawiający dopuszcza

158. Część nr 28 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę okrągłą która ma wymiary: długość 190 mm, długość włosia 20mm, szerokość włosia 5 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

159. Dotyczy pakietu 31 poz 2:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o następujących parametrach:

- skuteczność filtracji bakteryjnej: >99,9999%
- skuteczność filtracji wirusowej: >99,999%
- opory przepływu 0,41cm H₂O przy przepływie 30l/min
- przestrzeń martwa 77ml
- objętość oddechowa V_t 150ml-1500ml
- waga 23g
- port kapno z koreczkiem zabezpieczającym
- mikrobiologicznie czysty ?

Odp: zgodnie z SIWZ

160. Dotyczy pakietu 31 poz 5:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt o następujących parametrach:

- obwód posiada funkcję wymiennika ciepła
- budowa z dzieloną membraną
- produkowany w pomieszczeniach o klasie czystości 10 000
- długość rury 180cm
- długość ramienia wydechowego 60cm
- wykonany z PE
- łącznik prosty: 22mmM-22mmM
- kolanko z portem LuerLock do kapnografu ?

Odp: zgodnie z SIWZ

161. Dotyczy pakietu 31 poz 6 :

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt o następujących parametrach:

- rury o zmiennej długości, do 200cm po rozciągnięciu;
- długość ramienia do 150cm
- worek oddechowy 2 litrowy bezlateksowy
- dwa porty w trójkątniku Y z zatyczkami zamocowanymi na stałe
- łącznik prosty: 22mmM-22mmM
- kolanko z portem LuerLock
- czysty mikrobiologicznie ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

162. Dotyczy pakietu 31 poz 7

Czy Zamawiający dopuści rury o długości 160cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

163. Dotyczy pakietu 31 poz 9:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt o następujących parametrach:

- skuteczność nawilżania po 1h: 27,5mg/l H₂O przy V_t=500ml, po 24h 28,8ml/l H₂O przy V_t=500ml
- opór przepływu: 1,8 cm H₂O przy 60l/min
- waga 8,1g
- złącze 15mm
- port do drenu tlenowego
- przestrzeń martwa 15ml
- objętość oddechowa 50-1000ml
- celulozowy wkład ?

Odp: zgodnie z SIWZ

164. Dotyczy pakietu 31 poz 10:

Czy Zamawiający dopuści rury o długości 1,5m?

Odp. Zamawiający dopuszcza

165. Dotyczy pakietu 31 poz 11:

Czy Zamawiający dopuści układ z rurami rozciągliwymi do długości 150cm, dodatkowa rura do 90cm z workiem 1l?

Odp. Zamawiający dopuszcza

166. Dotyczy pakietu 31 poz 12:

Czy Zamawiający dopuści układ z rurami rozciągliwymi do długości 150cm, dodatkowa rura do 90cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

167. Dotyczy pakietu 31 poz 13:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o następujących parametrach:

- skuteczność filtracji bakteryjnej: >99,9999%
- skuteczność filtracji wirusowej: >99,999%
- poziom nawilżania 38,6 mg H₂O przy Vt=500ml
- powierzchnia filtracji 25cm²
- przestrzeń martwa 77ml
- objętość oddechowa Vt 150ml-1500ml
- waga 24g
- z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci
- mikrobiologicznie czysty ?

Odp: zgodnie z SIWZ

168. Dotyczy pakietu 31 poz 14:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o następujących parametrach:

- skuteczność filtracji bakteryjnej: >99,9999%
- skuteczność filtracji wirusowej: >99,999%
- poziom nawilżania 38,6 mg H₂O przy Vt=500ml
- powierzchnia filtracji 25cm²
- przestrzeń martwa 77ml
- objętość oddechowa Vt 150ml-1500ml
- waga 24g
- mikrobiologicznie czysty ?

Odp: zgodnie z SIWZ

169. Dotyczy pakietu 31:

Czy Zamawiający wydzielili do osobnego pakietu pozycje : 1,3,4?

Wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu umożliwi złożenie ofert na w/w pozycje większej liczbie wykonawców a tym samym zwiększy konkurencyjność ofert.

Odp: zgodnie z SIWZ

170. Pakiet 26Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 21-27 cm i szerokości 11,5 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza

171. Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza

172. Pakiet 34Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękojeści wykonanych w całości z metalu.

Odp: zgodnie z SIWZ

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych łyżek wykonanych z poliacetalu, odpornych na skręcanie, łyżki kompatybilne rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, bez zawartości lateksu, pakowanie folia-folia.

Odp: zgodnie z SIWZ

173. Prosimy o dopuszczenie łyżek typu Macintosh w rozmiarach: 1, 2, 3, 4.

Odp: zgodnie z SIWZ

174. Prosimy o dopuszczenie łyżek typu Miller w rozmiarach: 0,1, 2, 3, 4.

Odp: zgodnie z SIWZ

część 23 - system do odsysania w układzie zamkniętym

175. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy zamkniętego systemu do odsysania w poz. 1 i 2 o niżej wymienionych parametrach, przewyższających znacznie opisane w SIWZ.

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, dł. 56,62 cm i rurki tracheostomijnej CH14/16, długość 36 cm. Możliwość stosowania przez min. 72 h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie zamykania 90 st, zamykany obrotowy port do przepłukiwania cewnika o dł. min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu, Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez obrót o 90 st. uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania, oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Sytem stanowiący integralną całość.

Odp: zgodnie z SIWZ

176. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający w poz. 1 i 2 oczekuje sterylnych, nierozłączalnych zamkniętych systemów do odsysania w układzie zamkniętym?

Odp: zgodnie z SIWZ

część 33 - Laryngoskopy, łyżki do laryngoskopów

177. Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga łyżek do laryngoskopów, metalowych w rozmiarach 00-5 typu MAC oraz 00-4 typu Miller?

Odp: zgodnie z SIWZ

178. Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga łyżek do laryngoskopów, zgodnych ze standardem ISO 7376 tzw. zielona linia, pakowanych folia-folia. **Na etykiecie informacja od producenta o terminie ważności min. 5 lat i informacji w języku polskim.**

Odp: zgodnie z SIWZ

179. Czy Zamawiający wymaga łyżek do laryngoskopów, posiadających numer serii na łyżce i oryginalnej etykiecie od producenta?

Odp: zgodnie z SIWZ

180. Czy Zamawiający w razie wątpliwości spełnienia wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia może poprosić Oferenta o przedstawienie próbek danego produktu, celem potwierdzenia i sprawdzenia wymaganych zapisów.

Odp: zgodnie z SIWZ

181. Czy Zamawiający wymaga metalowych łyżek do laryngoskopów, pozbawionych jakichkolwiek elementów plastikowych?

Odp: zgodnie z SIWZ

część 37 - System do kontroli zbiórki stolca

182. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy systemu do kontrolowanej zbiórki stolca o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych - celem zwiększenia konkurencyjności przydopuszczeniu większej liczby Oferentów. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty przetargowej przy zachowaniu najwyższej jakości produktu, poniżej parametry:

System do kontrolowanej zbiórki stolca składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji. Cewnik przezierny dla promieni RTG o długości ok. 165 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml wykonanych z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni.

Odp: zgodnie z SIWZ

183. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennych worków kompatybilnych z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca z pozycji nr 1 o pojemności 1500 ml.

Odp: zgodnie z SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie **modyfikuje** treść SIWZ w ten sposób, że:

- w załączniku nr 2 do siwz Formularz cenowy w części 28 w poz. 5 w kolumnie „jm.” jest „szt „ winno być „op”. , poz. 5 po modyfikacji :

5	Szczoteczka cytologiczna, prosta do dokładnego pobierania wymazów z kanału macicy jałowa ,okrągła , Długość całkowita: 190mm Długość włosia: 30mm , Szerokość włosia: 20mm 1 op=100 szt	op	12						
---	--	----	----	--	--	--	--	--	--

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający

