

**ZP.261.2.2019**

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

### **Wyjaśnienia**

#### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych**

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. Do treści art. 4 ust. 1 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do art. 4 ust. 1 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odp.: Zgodnie z SIWZ

2. Do treści art. 5 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary za opóźnienie w dostawie lub w reklamacji do wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia brutto dziennie?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

3. Do treści art. 5 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o ewentualnej karze umownej za rozwiązanie umowy poprzez zapis o karze w wysokości 10%, ale liczonej od wartości NIEZREALIZOWANEJ części umowy brutto?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

#### 4. Pytanie do pakietu 9, pozycja 5, 6, 7 oraz 9

Czy w związku ze zmianą typu opakowań Zamawiający dopuści diety w opakowaniu typu butelka 1000ml, do której pasują zarówno zestawy do podaży diety do opakowań typu butelka jaki i do worka?

Odp.: Zamawiający dopuszcza .

#### 5. Pytanie do pakietu 9, pozycja 10

Czy Zamawiający miał na myśli dietę o zawartości glutaminy 1,12g/100ml, spełniającą pozostałe kryteria zawarte w SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza , pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium 25 mg/ 2,5 ml x 5 amp. w Części nr 6 leki iniekcyjne i kontrasty posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

7. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium 50 mg/ 5 ml x 5 amp. w Części nr 6 leki iniekcyjne i kontrasty posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie dot. Części nr 15 (Płyny infuzyjne)**

8. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w Części Nr 15 w poz. 1-7, 10-12, 14 miał na myśli płyny infuzyjne w bezpiecznych opakowaniach typu butelka (polietylen/polipropylen) KabiPac/KabiClear wyposażone w dwa różnej wielkości porty zabezpieczone plastikowymi zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami, jedna do wstrzyknięcia, druga wskazująca miejsce do podłączenia zestawu do infuzji) co zmniejsza ryzyko kontaminacji.

Porty w proponowanych opakowaniach mają właściwości samozasklepiające dzięki czemu nawet po przypadkowym wyrwaniu zestawu do infuzji zalecony w terapii płyn nie wycieknie na zewnątrz. Takie opakowanie skraca czas pracy personelu przy przygotowaniu infuzji oraz zmniejsza koszty przygotowania ze względu na brak konieczności dezynfekcji portów przed pierwszym użyciem.

Odp.: TAK

9. Czy Zamawiający w Części Nr 15 w poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie Dekstranu 70 000 6% w opakowaniu typu worek?

Wymagany przez Zamawiającego produkt nie występuje w szkle.

Odp.: TAK dopuszcza

**Pytanie dot. Części Nr 18**

10. Czy Zamawiający w Części 18 w pozycjach 1-14, 16, 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie płynów w opakowaniach typu butelka stojąca wyposażona w dwa różnej wielkości niezależnie zabezpieczone porty zabezpieczone plastikowymi zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami, jedna do wstrzyknięcia, druga wskazująca miejsce do podłączenia zestawu do infuzji) co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Porty w proponowanych opakowaniach mają właściwości samozasklepiające dzięki czemu nawet po przypadkowym wyrwaniu zestawu do infuzji zalecony w terapii płyn nie wycieknie na zewnątrz. Reasumując – takie opakowanie skraca czas pracy personelu przy przygotowaniu infuzji oraz zmniejsza koszty przygotowania ze względu na brak konieczności dezynfekcji portów przed pierwszym użyciem.

Odp.: Zgodnie z siwz

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 18 w poz. 18 produktu leczniczego Geloplasma - roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500 ml?

Odp.: Zgodnie z siwz

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 18 w poz. 19 urządzenia przelewowego kompatybilnego z oferowanymi powyżej opakowaniami?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 18 w poz. 20 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do /z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie dot. Części 13**

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części Nr 13 poz. 1 – worka 3-komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową (olej sojowy) 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440 ml?

Odp.: Zgodnie z siwz

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części Nr 13 poz. 2 worka 3-komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową (olej sojowy) 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540 ml?

Odp.: Zgodnie z siwz

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części Nr 13 poz. 3 worka 3-komorowego SmofKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsję tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477 ml?

Odp.: Zgodnie z siwz

Zamawiający