

Numer sprawy: ZP.261.4.2019

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 29 części .

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Dotyczy zadania nr 11

pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z aparatem CPAP Infant Flow w skład którego wchodzi:

Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP typu Infant Flow:

- podgrzewany odcinek wdechowy 1 x 120 cm, średnica 10 mm, z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki(do MR850),
- linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha), Odcinek wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy,
- złącze typu TWIN z zatrzaskiem do zamocowania generatora.
- Generator nCPAP wraz z końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S, M, L),
- Gniazdo zasilania grzałki typu trójkątnego,
- jednorazowa komora nawilżacza kompatybilna z nawilżaczem typ F&PMR850.
- Generator / przyłącze pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową i wydechową.
- Przystosowany do zamocowania na opasce z gąbką nie zawierający substancji uczulających. Wykonany z PCV bez lateksu
- miarka w zestawie

Odp: Zamawiający dopuszcza

pozycja nr 2, 3, 4

2. Czy Zamawiający dopuści opaski (uprząże)do generatorów oddechów CPAPIF posiadające rzepy, dzięki którym w bardzo łatwy sposób można dokonać ewentualnej repozycji opaski na głowce w celu wykonania, na przykład wkłucia. Dodatkową zaletą opaski zaoferowanej przez nas jest fakt, iż dzięki odkrytej powierzchni głowy można prowadzić fototerapię, gdzie

głowa noworodka jest tą częścią ciała, która najlepiej i najskuteczniej chłonie fale ultrafioletowe w celu eliminacji bilirubiny podczas fototerapii. Opaski są w 5 rozmiarach :

-18-22 cm

- 22-26 cm

- 26-30 cm

- 30- 36 cm

- 36-42 cm

Kompatybilne z układem oddechowym z pozycji 1

Odp: Zamawiający dopuszcza , rozmiar opasek do wyboru przez Zamawiającego .

Część Nr 6 Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne.

3. Lp.2 Nożyczki Bergmann o dł. 230 lub Esmarch dł. 220 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

4. Lp.20 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odp. Zgodnie z SIWZ

5. Lp.223 Kleszcze do gipsu Wolf-Boehler ,dł. 180mm (Nożyce o podanej nazwie nie występują)

Odp..Odpowiedź w modyfikacji

6. Lp.26 Kleszcze o dł. 215 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

7. Lp.27 Odgryzacz o dł. 180 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

8. Lp.29 Młotek o śr. 45 mm, długość bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

9. Lp.30 Młotek Cottle o śr. 30 mm, dł. 190 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

10. Lp.38 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odp. Zgodnie z SIWZ

11. Lp.39 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odp. Zgodnie z SIWZ

12. Prosimy zmianę punktacji kryterium dostawy na następujący:

- dostawa do 80 dni od złożenia zamówienia- 40%

- dostawa do 90 dni od złożenia zamówienia- 0%

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 2

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., brutto zostaną zmienione, a cena netto pozostanie bez zmian”?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 5 dni od pisemnego zgłoszenia i w terminie 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczyć Zamawiającemu w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie lub towar brakujący?”

Odp. Zgodnie z SIWZ

15. Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 2% na 1,5%?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 7% niezrealizowanej wartości netto umowy w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy”?

Odp. Zgodnie z SIWZ

17. Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w Art. 3 ust. 3 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 5

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„..., Strony ustalają, że niniejsza umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, lecz po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, gdy:

- a) Wykonawca utraci zezwolenie na obrót towarów będących przedmiotem zamówienia
- b) W przypadku co najmniej trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostawy”?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem nieważności tej czynności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odp. Zgodnie z SIWZ

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Dotyczy zapisów umowy

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych przez Producenta, Strony dopuszczają możliwość zaoferowania odpowiedniej ilości narzędzi jednorazowych (odpowiedników) bądź rozwiązania niniejszej umowy bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych. Zakończenie produkcji wyrobów wielorazowych zostanie potwierdzone oficjalnym pismem.”

Proponowana zmiana podyktowana jest nowymi przepisami prawa w obszarze wyrobów medycznych i rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR)

Odp. Zamawiający zgodnie z Artykułem 7 pkt 3 lit. d przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy .

23. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w art. 5 ust. 1 z 2% na 0,5%? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Odp. Zgodnie z SIWZ

24. Czy Zamawiający doda zapis w art. 6 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

25. Czy Zamawiający dookreśli w art. 6 ust. 4 lit. b, że wskazane trzy niezrealizowane w terminie dostawy uprawniające do rozwiązania umowy dotyczą kolejnych po sobie dostaw? Z uwagi na termin obowiązywania umowy oraz ilość potencjalnych dostaw koniecznym jest dookreślenie jak powyżej.

Odp. Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 1 DOTYCZY CZĘŚCI 13 POZ.1

26. Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna jednorazowego użytku dzielona po obwodzie , o powierzchni czynnej 103 cm² , o wymiarach 164x 117 mm , podłoże wykonane z wodoodpornej , elastycznej pianki :skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu : klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej i przyjazne dla skóry ; dla dzieci i dorosłych powyżej 5 roku / 1 op= 100 szt. ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 2 DOTYCZY CZĘŚCI 13 POZ.2

27. Czy Zamawiający dopuści Uchwyt elektrod, szeroki który jest lepszy niż wąski, z dwoma przyciskami, długości ok.160mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4m, wtyczka 1-bolcowa Ø5mm; przeznaczenie do min. 400 cykli sterylizacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza uchwyt szeroki.

PYTANIE 3 DOTYCZY CZĘŚCI 13 POZ.3

28. Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożowa, cienka prosta, o długości ok. 50 mm, trzonek Ø4mm, mm ,o wymiarach noża 1,8mm x 20 mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 4 DOTYCZY CZĘŚCI 13 POZ.4

29. Czy Zamawiający dopuści Elektrodę nożowa, rombowa, przedłużona, prosta, o długości ok.53mm, trzonek Ø4mm, o wymiarach noża 2,2mm x 25mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 5 DOTYCZY CZĘŚCI 13 POZ.8

30. Czy Zamawiający dopuści Kabel bipolarny do pincet , o długości 3m lub 5m, wtyczka od strony instrumentu , dwa bolce płaskie , od strony aparatu żeńska Ø4 mm (ERBE) , przeznaczone do min 300 cykli sterylizacji ?

Odp. Zamawiający dopuszcza 5 m

PYTANIE 6 DOTYCZY CZĘŚCI 6 POZ.38,39

31. Prosimy o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę oferentów.

Odp. Zgodnie z SIWZ

dotyczy pakietu 27

32. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu pozycji 13-woreczki laparoskopowe 200 ml z prowadnicą do trokarów 10mm, oraz o umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi:

Odp. Zgodnie z SIWZ

dotyczy pakiet 27, pozycja 13 – woreczki laparoskopowe

33. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków podobierania preparatów o pojemności 250 ml, charakteryzujące się tym, że zewnętrzny aplikator wykonany jest z akrylowego butadienu o czarnej, antyrefleksyjnej prowadnicy o długości 29,5 cm, wyposażony w dwa zamknięte nożycowe uchwyty, oraz zastawkę uniemożliwiającą ucieczkę gazu insuflacyjnego, po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy.

Worek wykonany z termoplastycznego poliuretanu o nieporowatej, bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie z podwójnie wzmocnionym dnem, całkowicie pozbawiony związków DEPH i latexu.

Możliwość usunięcia zewnętrznej i wewnętrznej prowadnicy z możliwości odroczenia pobrania preparatu w worku bez blokowania trokara; długość nici zamykającej worek umożliwia odroczenie pobrania preparatu wraz z możliwością jej fiksacji na trokarze. Wymiary worka:

-Prowadnica 10 mm, pojemności worka 250 ml, wymiary: 90 mm x 145 mm ,szerokość otwarcia worka 45mmx10mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy artykuł 5 ust. 1 wzoru umowy

34. Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: (...) **0,50% wartości ceny brutto** (...).

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy artykuł 5 ust. 3 wzoru umowy

35. Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: (...) **10% wartości ceny netto** (...).

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy artykuł 6 pkt 4 lit. b) wzoru umowy

36. Wnosimy o zmianę zapisu umowy na następujący:

„...b) w przypadku co najmniej trzykrotnego, **kolejnego** niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w artykule 2 ust. 3, **po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy...**”

Odp. Zgodnie z SIWZ

37. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać,

że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy

Odp : Stosownie do przepisu art. 26 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczenia na potwierdzenie, że złożone wraz z ofertą dokumenty , w tym oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej są aktualne w dacie złożenia oświadczenia.

Część nr 9 poz.1,

38. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wielorazowych kleszczy biopsyjnych autoklawowalnych w temperaturze 134°C, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Część nr 9 poz.2,

39. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zamian za szczotkę o długości 2800mm, szczotki jednorazowej dwustronnej o średnicy szczotek 6mm i długości 300mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Część nr 9 poz.3

40. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych dwustronnych szczotek do zaworków o średnicy 5mm i 10mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Część nr 9 poz.5 i 6

41. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczyków biopsyjnych pokrytych równoważną do powłoki teflonowej powłoką PE, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Część nr 8 :

Poz. 1

42. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej pętli do polipektomii plecionej (do wyboru przez Zamawiającego owalna, rozmiar 10,20,30 mm) długość 2300 mm, z funkcją rotacji, średnica 2,4 mm, rękojeść skalowana co 5 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

43. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej pętli do polipektomii monofilament do wyboru przez Zamawiającego owalna symetryczna, rozmiar otwarcia 15x30,20x40,25x50 mm) długość 2300, średnica 2,3 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 2

44. Czy Zamawiający dopuści igły do obliteracji jednorazowe, osłonka śr. igły 0,64 mm, długość ostrza 6mm lub 4 mm, długość narzędzia 2300mm, o śr. 2,4 mm mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Teflonowe pokryte powłoką hydrofilną, odporna na załamanie u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem?

Odp. Zgodnie z SIWZ

45. Czy Zamawiający dopuści igły do obliteracji jednorazowe, osłonka śr. igły 0,51 mm, długość ostrza 5mm lub 6 mm, długość narzędzia 2300mm, o śr. 2,4 mm mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Teflonowe pokryte powłoką hydrofilną, odporna na załamania u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Poz. 3

46. Czy Zamawiający dopuści ustniki jednorazowego użytku z gumką, nie zawierającą lateksu, pakowane po 100 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Część nr 9

Poz.1

47. Czy Zamawiający dopuści wielorazowe kleszcze biopsyjne z igłą, owalne z okienkiem, spiralna osłonka polerowana na odcinku dystalnym, śr. 2,4 mm, długość 1700 mm kanał roboczy 2,8 mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, sterylizacja w autoklawie 134⁰C?

Odp. Zamawiający dopuszcza

48. Czy Zamawiający dopuści wielorazowe kleszcze biopsyjne z igłą, owalne z okienkiem, spiralna osłonka polerowana na odcinku dystalnym, śr. 1,8 mm, długość 1500 mm kanał roboczy 2,8 mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, sterylizacja w autoklawie 134⁰C?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Poz.2

49. Czy Zamawiający dopuści jednorazowa dwustronna szczotka czyszcząca do kanału roboczego 1,8 mm, śr. szczotki 3,0 mm, śr.1,6, o długości 180,230?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 3

50. Czy Zamawiający dopuści jednorazowa dwustronna szczotka czyszcząca – krótka – do zaworów endoskopów o średnicy 5mm i 11 mm, długość 15,5 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 4

51. Czy Zamawiający dopuści wielorazowy chwytak do wyciągania ciał obcych, pięciopalczasty, każde z ramion o minimalnie różnej długości, co zapewnia swobodne chowanie się ramion w osłonce. Ramiona zakończone oczkami, długość 2300 mm, śr. kanału 2,8 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 5

52. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do gastroskopii, łyżeczki owalne z okienkiem z kolcem, spiralna osłonka, teflonowe pokryte powłoką hydrofilną, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2,4 mm, długość 1600 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 6

53. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do kolonoskopii, łyżeczki owalne z okienkiem z kolcem, spiralna osłonka, teflonowe pokryte powłoką hydrofilną, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2,4 mm, długość 2300 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Załącznik do SIWZ – formularz cenowy

Dotyczy części nr 1 poz. 1

54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oryginalnego Czujnika do pomiaru SpO2 prod. Nihon Kohden, wielorazowy, typu klips, dla pacjentów o masie od 20 kg, Technologia BLU-PROz kablem o łącznej długości 4.1 metra?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Załącznik do SIWZ – formularz cenowy

Dotyczy części nr 1 poz. 7

55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Czujnika jednorazowego do pomiaru SpO2 dla dorosłych w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających 5 czujników (1op. =5szt.)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Załącznik do SIWZ – formularz cenowy

Dotyczy części nr 1 poz. 8

56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Czujnika jednorazowego do pomiaru SpO2 dla dzieci (3-20kg) w oryginalnych opakowaniach producenta zawierających 5 czujników (1 op. = 5 szt.)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

57. Część nr 6, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki zagięte, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

58. Część nr 6, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 125 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza dł. 125 mm, pozostałe parametry bez zmian.

59. Część nr 6, poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

60. Część nr 6, poz. 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

61. Część nr 6, poz. 26: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

62. Część nr 6, poz. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz dł. 175 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

63. Część nr 6, poz. 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek dł. 250 mm, śr. 45, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza młotek dł. 250 mm, śr. 45 pozostałe parametry bez zmian.

64. Część nr 6, poz. 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek nazwa własna HAJEK dł. 200 mm, śr. 27, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

65. Część nr 6, poz. 33 i poz. 34: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna PEAN, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

66. Część nr 6, poz. 38 i poz. 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu, gdyż wymagany asortyment jest w stanie zaoferować tylko jedna firma, tj. ChM.

Odp. Zgodnie z SIWZ

PAKIET 1 POZYCJA 1

67. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp .Technologia BLU-PRO

PYTANIE 2 PAKIET 1 POZYCJA 6

68. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu.

Odp .L901/JP-920P

PYTANIE 3 PAKIET 1 POZYCJA 7

69. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp .Technologia BLU-PRO

PYTANIE 4 PAKIET 1 POZYCJA 8

70. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp .Technologia BLU-PRO

PYTANIE 5 PAKIET 1 POZYCJA 9

71. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp .Technologia BLU-PRO

PYTANIE 6 PAKIET 3 POZYCJA 2

72. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach 10-15 cm, 14-26 cm, 25-35 cm, 33-47 cm ?
Reszta bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 7 PAKIET 3 POZYCJA 3

73. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp.Tru Signac GE

PYTANIE 8 PAKIET 3 POZYCJA 5

74. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp.Tru Signac GE

PYTANIE 9 PAKIET 3 POZYCJA 6

75. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp.Tru Signac GE

PYTANIE 10 PAKIET 16 POZYCJA 4

76. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp. CORE-RAY CR 001-2701E

PYTANIE 11 PAKIET 16 POZYCJA 2

77. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 5-10,5 cm ? Reszta bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 12 PAKIET 1 POZYCJA 4

78. Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w PAKIECIE 1, wydzieli pozycje: 4 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie.

Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp. Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 13 PAKIET 2 POZYCJA 1,7

79. Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w PAKIECIE 2, wydzieli pozycje: 1,7 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie.

Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp. Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 14 PAKIET 16 POZYCJA 1

80. Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w PAKIECIE 16, wydzieli pozycje: 1 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie.

Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp. Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 15

81. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp : Stosownie do przepisu art. 26 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczenia na potwierdzenie, że złożone wraz z ofertą dokumenty , w tym oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej są aktualne w dacie złożenia oświadczenia.

82. Część 8, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pętle monofilamentne w rozmiarze 10,15,30mm oraz plecione 10,15,25,32mm o średnicy 2,4mm, pakowane po 10 szt.? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

83. Część 8, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igły o długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru przez Zamawiającego) i długości 2300mm, bez strzykawkę w komplecie? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

84. Część 8, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści ustniki nie pakowane w dispenser? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Część 1

Poz. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9

85. Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 do osobnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 1

86. Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 8

87. Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg

Odp. Zamawiający dopuszcza

Poz. 9

88. Prosimy o dopuszczenie czujnika w formie bucika silikonowego na palec dla pacjentów o wadze 10-40 kg

Odp. Zamawiający dopuszcza czujnik dla pacjentów o wadze 10-40 kg , pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Część 2

Poz. 2, 3, 4, 5, 6

89. Prosimy o wydzielenie pozycji 2, 3, 4, 5, 6 do osobnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 4

90. Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg

Odp. Zgodnie z SIWZ

Część 16

Poz. 1

91. Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarach 22 x 25 cm, z kabelkami o długości 60 cm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakietu 15, poz. nr 5.

92. Ze względu na wycofanie wielorazowych, noworodkowych płuczek testowych, prosimy o dopuszczenie zamiennie płucka noworodkowego jednorazowego użytku. Jednostka handlowa dla tego produktu to opakowanie, zawierające 10 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu 15, poz. nr 6.

93. Ze względu na jednostkę handlową, jaką dla tego asortymentu jest opakowanie, zawierające 10 szt., prosimy o formalną zmianę jednostki miary ze szt. na op., co nie zmienia docelowo pożądanej ilości asortymentu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część nr 8

94. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli multifilamentowych w rozmiarach 6, 10, 15, 25, 32 mm, z funkcją płynnej rotacji, średnica cewnika 2,4mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2400 mm oraz pętli monofilamentowych o średnicy 10, 20 i 30 mm, z funkcją rotacji, średnica 2,3 mm, długość 2300 mm, rękojeść skalowana co 5 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

95. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm

Odp. Zgodnie z SIWZ

Część nr 9

96. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1800, 2300 i 2600 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

97. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie chwytaków 4 palczastych.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Część nr 27

98. Czy Zamawiający w pozycji 1, 2, 5 i 6 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o wysokości zszywek 3,8 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

99. Czy Zamawiający w pozycji 3, 4, 7 i 8 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o wysokości zszywek 4.5 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

100. Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 26 mm i 29 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie **modyfikuje** treść SIWZ w ten sposób, że:

- W załączniku nr 2 do siwz Formularz cenowy w części 6 w kolumnie Lp. jest : poz.223 winno być „23”

- w poz.23 wyraz „Nożyce” zastępuje się wyrazem „Kleszcze ”

Zamawiający