

Lubaczów , dn. 24.10.2019

ZP.261.5.2019

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Pyt. 1 – Część 2 poz. 11

Z uwagi na fakt wycofania opakowań 200 ml prosimy o dopuszczenie opakowań 400 ml.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Pyt. 2 – Część 2 poz. 12

Prosimy o potwierdzenie, że produkt do dezynfekcji powierzchni w tym powierzchni mających kontakt z żywnością ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r. a także zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami.

Odp.: TAK

Pyt. 3 – Część 2 poz. 13

Prosimy o potwierdzenie, że produkt do dezynfekcji powierzchni ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny (dualna rejestracja) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r. a także zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami.

Odp.: TAK

Pyt. 4 – Część 2 poz. 9, 10

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że preparat ma być zarejestrowany jako produkt biobójczy i ma posiadać udokumentowane działanie biobójcze zawarte w SIWZ.

Odp.: TAK

Pyt. 5 – Część 2 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie preparatu do płukania jamy ustnej na bazie chlorheksydyny w opakowaniach 300 ml. Chlorheksydyna jest substancją rekomendowaną do dezynfekcji jamy ustnej przed zabiegami chirurgicznymi, po zabiegach chirurgicznych oraz u chorych wentylowanych. Ośrodki dentystyczne zalecają wyłącznie preparaty oparte na chlorheksydynie typu: Oralsept, Corsodyl, Eludril, Elugl żel stomatologiczny.

Odp.: Zgodnie z siwz

Pyt. 6 – Część 2 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie preparat bezbarwny do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami; bez zawartości jodu, fenolu i jego związków, autosterylny B, Tbc i MRSA, F, V, (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Butelka z atomizerem 1000 ml. Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Preparat był dotychczas stosowany w szpitalu.

Odp.: Zgodnie z siwz

Pyt. 7 – Część 2 poz. 24

Prosimy o dopuszczenie preparat bezbarwny do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami; bez zawartości jodu, fenolu i jego związków, autosterylny B, Tbc i MRSA, F, V, (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Butelka z atomizerem 350 ml. Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Preparat był dotychczas stosowany w szpitalu.

Odp.: Zgodnie z siwz

Pyt. 8 – Część 2 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie preparatu barwionego do odkażania skóry przed operacją, biopsjami, pobieraniem krwi; bez zawartości jodu, fenolu i jego związków, autosterylny B, Tbc i MRSA, F, V, (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Butelka z atomizerem 1000 ml. Preparat był dotychczas stosowany w szpitalu.

Odp.: Zgodnie z siwz

Pyt. 9 – Część 2 poz. 26

Prosimy o dopuszczenie preparatu barwionego do odkażania skóry przed operacją, biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi; bez zawartości jodu, fenolu i jego związków, autosterylny B, Tbc i MRSA, F, V, (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Butelka z atomizerem 350 ml. Preparat był dotychczas stosowany w szpitalu.

Odp.: Zgodnie z siwz

Zamawiający

