

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Dotyczy Części nr 2, pkt. 20, Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy:

Biorąc pod uwagę konieczność wpięcia analizatora do systemu informatycznego, czy Zamawiający dopuści aby przeprowadzanie walidacji wyników na podstawie delta check odbywało się przy pomocy systemu LSI?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Części nr 2, wymaganie nad tabelą asortymentowo-cenową, Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zapewnienia niezależnej kontroli zewnętrznej jedynie do białka CRP oraz białka w moczu i PMR?

Odp.: Zamawiający wymaga zapewnienia niezależnej kontroli zewnętrznej jedynie do białka CRP oraz białka w moczu i PMR?

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - umowa - wzór

Art. 2 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie?

Odp.: Zgodnie z siwz

Art. 3 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odp.: Zgodnie z siwz

Art. 3 pkt 5 - 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”

Odp.: Zgodnie z siwz

Art. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp.: Zgodnie z siwz

Art. 6 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odp.: zgodnie z siwz

Art. 7 pkt 4 lit. b - d Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp.: Zgodnie z siwz

Art. 8 pkt 3 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp.: Tak, Zamawiający dołączy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy głównej.

do części nr 4 "Zestawienie parametrów i warunków wymaganych":

I. Wymagania ogólne:

poz. 7: Czy Zamawiający dopuści analizator z zewnętrznym monitorem?

Odp.: NIE

poz. 13: Czy Zamawiający dopuści analizator z kalibracją przy pomocy pasków kalibracyjnych?

Odp.: NIE

Moduł oceny osadu moczu, wymagania graniczne dla modułu oceny osadu moczu:

poz. 3,4: Czy Zamawiający dopuści moduł z automatyczną klasyfikacją ilościową na 12 elementów?

Odp.: NIE

poz. 9: Czy Zamawiający dopuści moduł z dodatkowymi odczynnikami, kalibratorami?

Odp.: NIE

Zamawiający: