

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Dotyczy Części nr 3, wymagania, pkt. 1

W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 14.11.2019 dotyczącymi wymagań określonych w pkt. 1 dla Części nr 3 prosimy o doprecyzowanie tych wymagań, poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipety automatyczne, które nie zawierają wymiennych filtrów ochronnych, ale których konstrukcja uniemożliwia wdzieranie się płynów do pipety?

Tym samym żądane właściwości pipety są uzyskane nie poprzez dodatkowe filtr ochronne, ale poprzez specjalną budowę tłoka pipety, która zapobiega wdzieraniu się wszelkich płynów do wnętrza pipety.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający: