

ZP.232.1.2020

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienia

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na dostawę produktów do terapii nerkozastępczej

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 część 2 dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrykami, cewniki o przekroju: 12 FR i długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz o przekroju 14 FR i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z części 2 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Zamawiający