

ZP.232.2.2020

**Wszyscy zainteresowani**

**Wyjaśnienia**

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na dostawę środków do myjni OLYMPUS, do endoskopów OLYMPUS

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

**Pytania do asortymentu;**

**Zadanie nr 1 pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści do oceny lekko alkaliczny koncentrat o wysokiej wydajności do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego. Skład: 5-15% anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Standardowo zaleca się stosowanie preparatu w stężeniu 0,5% (5 ml/l) w czasie działania 5-10 min., w zakresie temperatur 35°C - 55°C. Produkt do stosowania w myjni – dezynfektorze. Wyrób medyczny, opakowanie a 5L.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Zamawiający