

ZP.232.8.2020

### **Wszyscy zainteresowani**

### **Sprostowanie do udzielonych wyjaśnień**

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na dostawę materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie informuje, że dokonuje sprostowania do udzielonej odpowiedzi z dnia 12.03.2020 w pyt. 11 w ten sposób, że:

**JEST: Pytanie 11 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 ( część 2, WYMAGANIA pkt. IVe, poz. 10-20)**

Czy Zamawiający dopuści rękawy zawierające 5 warstw folii? . Ilość warstw folii nie ma żadnego wpływu na wytrzymałość rękawów, ponieważ najczęściej do przerwania rękawa dochodzi na zgrzewach fabrycznych, dlatego to ten parametr jest najważniejszy dla wysokiej jakości opakowania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

**POWINNO BYĆ:**

**Pytanie 11 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 ( część 2, WYMAGANIA pkt. IVe, poz. 10-20)**

Czy Zamawiający dopuści rękawy zawierające 5 warstw folii? . Ilość warstw folii nie ma żadnego wpływu na wytrzymałość rękawów, ponieważ najczęściej do przerwania rękawa dochodzi na zgrzewach fabrycznych, dlatego to ten parametr jest najważniejszy dla wysokiej jakości opakowania.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę**

Zamawiający: