

ZP.232.8.2020

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienia, przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na dostawę materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Pytanie 1 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz. 1)

Prosimy o dopuszczenie testów równoważnych, niezawierających warstwy polimeru, pokrytych przezroczystym laminatem, pakowanych a'400 sztuk + przyrząd PCD z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Testy walidowane z typem przyrządu kontrolującym penetrację pary wodnej dla wsadu rurowego oraz porowatego. Przyrząd składający się dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu. Przyrząd dostarczany do każdego opakowania testów.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz. 2 i 3)

Prosimy o dopuszczenie tolerancji na szerokość taśmy +/- 1 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz. 4)

Prosimy o dopuszczenie ampułkowego wskaźnika biologicznego do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121°C i 134°C , o czasie inkubacji 24., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiołce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu.

Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny. Walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego dostarczonym przez Wykonawcę wraz z pierwszą dostawą.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz. 5)

Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SIWZ pakowanych a`250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz. 6)

Prosimy o dopuszczenie zintegrowanych wskaźników typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Na każdym wskaźniku określenie typu wskaźnika. Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych temperaturach w zakresie 120-135oC. Wskaźniki walidowane ze spiralnym przyrządem PCD dostarczonym przez Wykonawcę wraz z pierwszą dostawą.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 5 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz. 7)

Prosimy o dopuszczenie niezawierających niebezpiecznych substancji toksycznych etykiet podwójnie przyklejonych ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej jednoznacznie zmieniających barwę z jasnej na ciemną, umieszczonym przy dolnej krawędzi etykiety, z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy), Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rolka a` 500 szt. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy kompatybilne metkownice w ilości wskazanej przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 6 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz. 8)

Prosimy o dopuszczenie filtrów spełniających wymagania SIWZ, w opakowaniu a` 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 1, poz. 9)

Prosimy o dopuszczenie zestawu zgodnego z SIWZ, gdzie przyrządy do kontroli skuteczności mycia narzędzi standardowych oraz z połączeniami zawiasowymi wykonane są z materiału lepszego od opisanego tj. ze stali nierdzewnej natomiast przyrząd PCD do narzędzi rurowych wykonany jest z tworzywa sztucznego z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, WYMAGANIA pkt. a10)

Prosimy o dopuszczenie dokumentu wydanego przez producenta a nie przez niezależną jednostkę , tak jak to Zamawiający wymaga w zakresie papierów sterylizacyjnych. Żadna regulacja prawna nie narzuca na producenta włóknin konieczności wydawania dokumentu przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Taki zapis nie jest zasadny i mocno ogranicza możliwość składania konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 7)

Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze jakościowo lepszej niż wymaga Zamawiający 66 g/m² w opakowaniu a' 150 szt?, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

W przypadku zaoferowania niepełnych opakowań, prosimy o informację czy Zamawiający ma pozostawić, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza, należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań

Pytanie 10 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 7)

Czy Zamawiający dopuści włókninę zgodną z SIWZ w kolorze niebieskim?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 11 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, WYMAGANIA pkt. IVe, poz. 10-20)

Czy Zamawiający dopuści rękawy zawierające 5 warstw folii? . Ilość warstw folii nie ma żadnego wpływu na wytrzymałość rękawów, ponieważ najczęściej do przerwania rękawa dochodzi na zgrzewach fabrycznych, dlatego to ten parametr jest najważniejszy dla wysokiej jakości opakowania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 12 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 18)

Prosimy o dopuszczenie rękawa w rozmiarze 400 mm x 200 mb, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 19,20)

Prosimy o dopuszczenie rękawa z fałdą o rozmiarze 40 mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 22)

Prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 210 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 22)

Czy Zamawiający dopuści dokument wydany przez producenta, a nie przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Żadna regulacja prawna nie narzuca na producenta rękawów konieczności wydawania dokumentu przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Taki zapis nie jest zasadny i mocno ogranicza możliwość składania konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 23, pkt.2)

Prosimy o dopuszczenie torebek w rozmiarze 600 x 900 mm, w opakowaniu a' 100szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 24, pkt.1)

Prosimy o dopuszczenie wkładek o wysokich właściwościach chłonnych o gramaturze 70g/m2 w rozmiarze 25 x 30 cm, pakowanych po 1000 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 24, pkt.2)

Prosimy o dopuszczenie wkładek o wysokich właściwościach chłonnych o gramaturze 70g/m2 w rozmiarze 30 x 50 cm, pakowanych po 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 24, pkt.1)

Prosimy o dopuszczenie wkładek zgodnych z SIWZ w opakowaniach a' 2400 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 24, pkt.2)

Prosimy o dopuszczenie wkładek zgodnych z SIWZ, o rozmiarze 25 x 50 cm pakowanych po 1200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 17.03.2020r. godz.10.00.

Zamawiający