

ZP.232.12.2020

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienia, przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. Z uwagi na brak jednoznacznych wytycznych PTD, prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści wymogu zawartego w Załączniku nr 3 punkt 9 do zaproszenia w przedmiotowym postępowaniu. Jakiego rodzaju kontrolę powinien zaoferować wykonawca?

Odp.: Przeprowadzenie kontroli sprawności glukometrów i sprawdzenie poprawności otrzymywanych wyników .

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z funkcją wyrzutu zużytego paska, która eliminuje konieczność dotykania zabrudzonego krwią paska w celu jego usunięcia po każdym pomiarze i w ten sposób zapobiega przenoszeniu chorób zakaźnych drogą krwi?

Odp.: Zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja daje wykonawcom bodziec ekonomiczny do utrzymywania stałej dostępności pasków testowych na rynku (wiele modeli pasków testowych nierefundowanych nie jest na rynku obecnych i nie istnieje praktyczna możliwość ich zakupu, pomimo że wciąż są zarejestrowane).

Odp.: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym

opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.05.2020r.godz. 10.00

Zamawiający