

Lubaczów, 12.06.2020

Numer sprawy: ZP.261.6.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1.Pakiet 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej duży o składzie : opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o otwartych porach, w kolorze czarnym, w rozmiarze 25x15x3cm -szt. 1,z drenem w postaci miękkiego, elastycznego kanału, zapobiegającego uszkodzeniom tkanek w trakcie terapii, zakończonym z jednej strony szybko - złączką, a z drugiej drenem z prostokątną folią samoprzylepną z zaokrąglonymi brzegami - szt. 1 , folia samoprzylepna, okluzyjna 20x30cm - szt. 3.

Odp : Zamawiający dopuszcza .

2.Pakiet 40, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na wydzielinę 750 ml, kompatybilny z urządzeniem z poz. 4?

Odp : Zamawiający dopuszcza .

3.Pakiet 40, poz. 3

Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml kompatybilny z urządzeniem z poz. 4?

Odp : Zamawiający dopuszcza .

4.Pakiet 40 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dzierżawę urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran (Renasys GO) o następujących parametrach: możliwość zakresu podciśnienia od 40 – 200 mmHg, stosowania terapii stałej oraz zmiennej. Aparat musi posiadać dźwiękową sygnalizację alarmową, wizualne komunikaty co do przyczyn alarmu. Urządzenie posiada pasek służący do przemieszczenia się pacjenta z urządzeniem. Waga urządzenia 1,1 kg – 1 szt. okres dzierżawy 12 miesięcy.

Odp :Zgodnie z siwz

5.Pakiet 41 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego systemu zasilanego 7 bateriami typu AA, wszystkie pozostałe parametry bez zmian.

Odp : Zamawiający dopuszcza

6.Pytanie do pakietu 34 oraz 2

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie na zestawu PEG typu ENFIT, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ? Zestaw typu ENLOCK został wycofany ze sprzedaży

Odp : Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ 33 - laryngoskopy i łyżki do laryngoskopów

7.Pytanie 1: Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści rękojeść jednorazową, radełkowaną zapewniającą pewny chwyt, pakowaną folia – papier?

Odp : Zamawiający dopuszcza

8.Pytanie 2: W związku z tym, że jednorazowe łyżki będą współpracowały z jednorazowymi rękojeściami czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści łyżkę bez systemu zapobiegającemu dotykaniu łyżki do uchwyty, pakowaną folia-papier?

Odp: zgodnie z SIWZ

9.Czy Zamawiający **w Części 23 w pozycji 2** dopuści obecnie stosowany dwuświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek tracheostomijnych w rozmiarach:

12F/30 cm; 14F / 30 cm – spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp : Zamawiający dopuszcza

10.Czy Zamawiający **w zadaniu nr 33 w pozycji 1** dopuści rękojeść do laryngoskopu, jednorazową, wykonaną ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt, w całości w kolorze zielonym, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: zgodnie z SIWZ

Podpis i pieczęćka uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

Miejscowość, data

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający