

Numer sprawy: ZP.232.18.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: zaproszenia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Część nr 4 - System do kontroli zbiórki stolca

1.Czy Zamawiający w poz. 1 na zasadzie równoważności dopuści wysokiej jakości system do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:

„System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowy pasek oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni, potwierdzona instrukcją obsługi.”

Odp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

2.Czy Zamawiający w poz. 2 na zasadzie równoważności dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca w pytaniu nr 1 o następujących parametrach:

„Worki jednorazowego użytku o pojemności **1500** ml kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego”

Odp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

Zamawiający