

Numer sprawy: ZP.232.18.2020

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

### **Wyjaśnienia**

Dotyczy: zaproszenia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

#### **Część 1**

##### **Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45 x 55cm, z obszarem przyklepnym w rozmiarze 45x49cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza .

##### **Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści powłokę na nosze wykonaną z włókniyny polipropylenowej nie foliowanej, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

##### **Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści powłokę na nosze wykonaną z włókniyny SMS, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza .

##### **Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny w kolorze niebieskim?

Odp: Zamawiający dopuszcza .

##### **Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniyny typu SMS?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza .

### **Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny polipropylenowej nie foliowanej?

Odp: Zamawiający dopuszcza .

### **Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną?

Odp: Zamawiający dopuszcza .

### **Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x100cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza .

## **Część 6**

### **Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu?

Odp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

### **Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą w rozmiarze 45 x 55cm, z obszarem przylepnym w rozmiarze 45x49cm?

Odp: Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

### **Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą w rozmiarze 60x52cm, z obszarem przylepnym w rozmiarze 60x46cm?

Odp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

### **Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą w rozmiarze 70x80cm, z obszarem przylepnym w rozmiarze 70x74cm?

Odp: Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

### **Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą w rozmiarze 80x60cm, z obszarem przylepnym w rozmiarze 80x54cm?

Odp: Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

## **Część 2**

### **Pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z części 2 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

## **Część 2**

### **Pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń 22Gx40mm?

Odp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

## **Część 2**

### **Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń o parametrach:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
  - Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).
  - Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radioceniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
  - Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
  - Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
  - Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem
  - Łącznik do cewnika epiduralnego
  - Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
  - Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

Odp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

## **Część 3**

### **Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu osobny dla chłopców, osobny

dla dziewczynek, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza .

### **Część 3**

#### **Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o następujących parametrach:

- Prosta, umożliwiająca pobranie próbki z kanału szyjki macicy
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Daleki zasięg dzięki długiej rączce
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie folia/papier
- Długość 188 mm, długość aplikatora 20 mm

Odp: Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

### **Część 3**

#### **Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki bakteriologiczne posiadające kapsel z końcówkami 28-29cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza

### **Część 4**

#### **Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki zbiorcze z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml, skalowanie co 100 ml?

Odp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

### **Część 4**

#### **Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne o poj. 1500ml, skalowane co 100ml, posiadające zastawkę, filtr węglowy, bez okienka podglądu, niesterylne w op.a'2szt?

Odp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z części 1 poz. 4,5 podkładów i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Ponadto prosimy o dopuszczenie podkładów : 1 warstwa bibuły i 1 warstwa folii, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia .

**Zamawiający**

---