

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Pakiet 1 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych pudrowanych o AQL<1,5, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 4 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3, potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Niewielka różnica w parametrach nie wpływa na walory użytkowe produktu, a zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych, bezpudrowych, powierzchnia gładka, AQL 1,5, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP). Niewielka różnica w parametrach nie wpływa na walory użytkowe produktu, a zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1. Poz.3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bez zawartości protein lateksowych, nitosoaminów i ftalanów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji i utworzenie nowego pakietu.

Odp.: Zgodnie z siwz

Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach: palec min. 0,12 mm; Dłoń min.0,08 mm; Mankiet min.0,05 mm i sile zrywania 8,7 N. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Niewielka różnica w parametrach nie wpływa na walory użytkowe produktu, a zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **30.09.2020 do godz. 10.00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **30.09.2020** o godz. **10.15**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia pozostają bez zmian

Zamawiający