

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę testów do wykrywania SARS-CoV

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania wykonawców uprzejmie prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka jest wymagana ilość oznaczeń kontroli dodatniej i ujemnej w pozycji 2 formularza cenowego: uwzględniając odpowiedź Zamawiającego mówiącą, że podana ilość oznaczeń (4800 szt.) obejmuje również oznaczenia kontroli dodatniej i ujemnej, a także - co wynika z treści formularza cenowego - że Zamawiający wymaga kontroli dodatniej i ujemnej w każdym zestawie testowym - z prostej matematycznej zależności wynika, że Zamawiający wykona 1600 testów próbek pacjentów, 1600 testów kontroli dodatniej i 1600 testów kontroli ujemnej (razem wymagane 4800 testów).

Prosimy o potwierdzenie lub określenie wymaganej ilości testów kontroli dodatniej i ujemnej.

Dotychczas przekazane przez Zamawiającego informacje nie pozwalają na rzetelną wycenę oferty.

Odp.: Wymagana jest dostępność kontroli w zestawie w celu ewentualnej kontroli procedury lub różnych serii testów, czyli nie 1600 testów kontroli dodatniej i nie 1600 testów kontroli ujemnej, w zależności od zaoferowanych ilości zestawów i zmieniających się serii testów. Zwykle Wykonawcy oferują w zestawie kontrole dodatnie i kontrole ujemne dotyczącą danej serii testów w opakowaniu.

Zamawiający