

Numer sprawy: ZP.232.3.2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: zaproszenia na dostawę aparatu ultrasonograficznego

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1.
Dotyczy punktu 2 Tryb Obrazowania parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z regulacją głębokości skanowania 1 – 35 cm
Odp: Zgodnie z zaproszeniem
2. Dotyczy punktu 7 Tryb Obrazowania parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z automatyczną regulacją LGC
Odp: Zamawiający dopuszcza
3. Dotyczy punktu Głowice parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o częstotliwości pracy 2,2 – 7,0.
Odp: Zgodnie z zaproszeniem
4. Dotyczy punktu Głowice parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o szerokości skanu 43 mm.
Odp: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający