

ZP.232.5.2021

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienia

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na dostawę materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Dotyczy produktów zamówienia:

1. Zad. 2 poz. 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Zad. 2, poz. 16: czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 120mm x 200 mb?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

3. Zad. 2, poz. 22: czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 100x40mm x 100mb?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

4. Zad. 2, poz. 25: czy Zamawiający dopuści rękaw włókninowo-foliowy w rozmiarze 210mmx100mb?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

5. Zad. 2, poz. 26 (poz.1): czy Zamawiający dopuści torebki foliowo włókninowe w rozmiarze 490x640 mm w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

6. Zad. 2, poz. 26 (poz.2): czy Zamawiający dopuści torebki foliowo włókninowe w rozmiarze 490x750 mm w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

7. Zad. 2, poz. 26 (poz.2): czy Zamawiający dopuści torebki foliowo włókninowe w rozmiarze 600x900 mm w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

8. Zad. 2, poz. 27 (poz. 1): czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne do tac w rozmiarze 35x30cm pakowane a'2000 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

9. Zad. 2, poz. 27 (poz. 2): czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne do tac w rozmiarze 30x50 a'1000 z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

10. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający dopuści papier o zawartości siarczanów $\leq 0,034\%$, wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania 1,85kN/m, w kierunku poprzecznym 1,35kN/m, na mokro w kierunku walcowania 0,72kN/m i w kierunku poprzecznym 0,42kN/m?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

11. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający dopuści papier o wytrzymałości na przepuklinie na sucho 115 kPa?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

12. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający odstąpi od wykazania wytrzymałości na rozdarcie?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

13. Zad. 2, wymogi dotyczące papieru sterylizacyjnego: czy Zamawiający dopuści papier o odporności na przesiąkanie wody 22s i wydłużeniu na zerwania w kierunku walcowania 11% i w kierunku poprzecznym 7,5%?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

14. Zad. 2, wymogi dotyczące włókniny sterylizacyjnej: czy Zamawiający dopuści włókninę o zawartości chlorków 0,03% i siarczanów 0,12%?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

15. Zad. 2, wymogi dotyczące włókniny sterylizacyjnej: czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykazania niezwilżalności roztworem soli fizjologicznej?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

16. Zad. 2, wymogi dotyczące włókniny sterylizacyjnej: czy gramatura 57g/m² może być gramaturą minimalną?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

17. Zad 2, wymogi dotyczące rękawów papierowo-foliowych: czy Zamawiający dopuści papier o gramaturze 60g/m², wytrzymałości papieru na przedarcie wzdłużne 600mN, wytrzymałości papieru na przedarcie poprzeczne 650mN oraz siły zrywającej folii wzdłuż 65 N?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

18. Zad 2, wymogi dotyczące rękawów papierowo-foliowych: czy Zamawiający dopuści papier o gramaturze 60g/m², wytrzymałości papieru na przedarcie wzdłużne 700mN, wytrzymałości papieru na przedarcie poprzeczne 750mN oraz siły zrywającej folii wzdłuż 65 N?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

19. Zad 2, wymogi dotyczące rękawów papierowo-foliowych: czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia nr katalogowego? Dużo bardziej istotną informacją jest rozmiar rękawa, a ta informacja jest zawarta na oferowanych rękawach.

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

20. Zad 2, Czy Zamawiający wymaga, by normy 868-5 oraz 11607-1, 2 nadrukowane były na rękawie?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza

Dotyczy zapisów umowy:

1. czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: TAK

2. Dot. art. 3: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

3. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Dot. art. 5 ust. 1 : czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była naliczana od niedostarczonej części zamówienia?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

5. Dot. art. 5 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zastąpić słowem „zwłoki”?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

6. Dot. art. 5 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

21. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp.: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza

22. Czy dla podniesienia konkurencyjności postępowania oraz umożliwienia większej ilości oferentów złożenia ofert Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji od 13 do 23 (rękawy papierowo – foliowe) do oddzielnej części?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

Zamawiający