

Numer sprawy: ZP.232.3.2022

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

#### **Wyjaśnienia**

Dotyczy: zaproszenia na dostawę akcesoriów do aparatów oraz sprzętu medycznego z podziałem na 7 części

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

#### **Pakiet 1**

1)Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrod o powierzchni aktywnej 107 cm<sup>2</sup> i wymiarach 164 x 117 cm  
Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zaproszeniem .

2)Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie dł. kabla 5 m  
Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zaproszeniem

3)Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie uchwytu o dł. 145 mm  
Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

4)Poz. 8 Prosimy o dopuszczenie dł. 5 m  
Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zaproszeniem .

#### **Pakiet 4**

5)Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrod owalnych o wymiarach 23 x 30 mm ?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza .

6)Poz. 3 i 4 Prosimy o wskazanie w jakiej technologii mają pracować czujniki – czy chodzi o Nellcor Oximax ?

Odp.: technologia Nellcor Oximax .

7)Poz. 4 Czy chodzi o czujnik wpinany do kabla przedłużającego czy bezpośrednio do monitora ?

Odp.: Zamawiającemu chodzi o czujnik wpinany bezpośrednio do monitora , wtyk okrągły 6 pin , dwie wypustki .

8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentu WZ a faktury w terminie późniejszym pocztą lub e-mail ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza na dostarczenie dokumentu WZ z zamówieniem oraz dostarczenie faktury na e-mail w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty dostarczenia towaru.

9) Czy Zamawiający dopuści aplikator 14 cm pakowany oddzielnie z odpowiednim przeliczeniem ilości. Sposób konfekcjonowania nie ma wpływu na wartości użytkowe produktu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

**10) Część nr 2, pozycja nr 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

**11) Część nr 2, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste, kompatybilne z systemem z pozycji nr 1?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem

**Zamawiający**