

Lubaczów, 12.04.2022

Numer sprawy: ZP.232.7.2022

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: zaproszenia na dzierżawę tomografu komputerowego .

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Pytanie 1.

Dot. Załącznik nr 2 do zaproszenia - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych – pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści lampę wyprodukowaną w 2019 roku, która po raz pierwszy została zainstalowana w tomografie w lutym 2020 roku?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2.

Dot. Załącznik nr 2 do zaproszenia - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych – pkt. 21

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia parametrów lampy rtg tj. roku produkcji, czasu instalacji oraz ilości wykonanych skanów, zamiast ostatniego raportu serwisowego dopuści oświadczenie własne Wykonawcy?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający