

nr sprawy: ZP.232.14.2022

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

dotyczy : dostawa wężyków do wstrzykiwacza CT Motion

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. Dotyczy: Formularz ofertowo-cenowy, pkt 3 *Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy drogą korespondencyjną.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy: Formularz cenowy

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem.

3. Dotyczy: Formularz cenowy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu ani nie będą powodem jego uszkodzenia oraz są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Odp: Zamawiający wymaga aby zaoferowane materiały były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion ,i że nie spowodują usterek w urządzeniu ani nie będą powodem jego uszkodzenia oraz są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Zamawiający

