

ZP.232.2.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego z podziałem na zadania

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Zadanie nr 5 (wieszak na kroplówki)

1.Czy Zamawiający dopuści ofertę na zadanie nr 5 (wieszaki kroplówkowe) z ramieniem teleskopowym 2-elementowym o długości w zakresie 110 - 200 cm lub z ramieniem 3-elementowym z regulacją długości 80 - 200 cm. Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowany wieszak kroplówkowy z ramieniem 3-elementowym z regulacją długości 80 -200 cm pozostałe parametry zgodnie z ogłoszeniem

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieszaka na kroplówki o wymiarach 88/206 cm oraz pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowane wymiary , pozostałe parametry zgodnie z ogłoszeniem

Zadanie nr 6: Aparat EKG

3. Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada prezentację na wyświetlaczu 3,6 i 12 odprowadzeń?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada wydruk 3,6 i 12 odprowadzeń EKG?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

5. Czy zamawiający dopuści aparat EKG o przekątnej 7”?

Odp.: Nie dopuszcza

6. Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który nie jest przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

7. Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada filtry zakłóceń mięśniowych 25 i 30 Hz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

8. Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, Który posiada automatyczny filtr izolinii?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

9. Czy zamawiający dopuści oprogramowania innej firmy niż Cardioteka w celu przesyłania sygnału EKG w czasie rzeczywistym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

10. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG 295x225x65 [mm] i o wadze 1,6 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

11. Czy zamawiający dopuści wózek posiadający dwie półki na urządzenia medyczne oraz kosz na elektrody i żel EKG?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

12. Czy zamawiający dopuści wózek pod EKG o wysokości 91,5 cm i o wymiarach półki: 30x23 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1 - aparat KTG

13. –pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiokograf obsługiwany przez ekran dotykowy i przyciski funkcyjne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

14.– pkt. 27 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiokograf w którym opóźnienia występowania alarmów ustawiane krokiem 5 sekundowym ; 5 - 20 sekund ? dłuższy czas opóźnienia alarmów jest niebezpieczny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

15.– pkt. 35 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiokograf z możliwością współpracy z telemetrią płodowa do ciąży bliźniaczej o zasięgu głowic cardio 10 m – jest to dystans który działa bez zakłóceń, większy dystans jest możliwy w warunkach laboratoryjnych gdy nie ma ścian i innych elementów które zakłócają sygnał.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

16. Czy Zamawiający zechce rozpatrzyć w związku z ogłoszeniem ZP.232.2.2018 asortyment równoważny ? Specyfikacja naszych wysokiej jakości materacy przeciwoślizgowych odbiega nieznacznie od wymogów Zamawiającego, jednakże chcielibyśmy wstępnie wiedzieć czy możemy przedstawić naszą ofertę równoważną technicznie i technologicznie? Załączamy prospekty w celu zapoznania się z naszym produktem

Odp.: W przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych, **WYKONAWCA zobowiązany** jest

wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

W związku z tym zamawiający na obecnym etapie postępowania nie będzie rozpatrywał załączonych prospektów.

Zamawiający