

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Lubaczowie

37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168

Lubaczów, dn. 01.03.2018

**ZP.232.2.2018**

**ZAWIADOMIENIE**  
**o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych**

Dotyczy: zamówienia na dostawę aparatury oraz sprzętu medycznego z podziałem na zadania

Zamawiający SPZOZ w Lubaczowie zawiadamia o:

**1. wyborze najkorzystniejszej oferty**

złożonej przez :

**w zadaniu 1:**

EUROMED MEDICAL Solution Sp. z o. o, Sp. K ,ul .Szczęśna 2 , 60-587 Poznań

Cena brutto: 21 820 ,00 zł

**w zadaniu nr 3:**

REVITA Ewa Krutul .Podamirowo 30 , 76-031 Mścice

Cena brutto: 3473,28 zł

**w zadaniu nr 5:**

Zakład Techniki Medycznej Tech - Med. Sp. z .o. o

ul .Piękna 13 , 85-303 Bydgoszcz

Cena brutto: 3780,00 zł

**w zadaniu nr 6:**

KREDOS Zbigniew Kadzewicz , ul .Popieluszki 10/21

10-695 Olsztyn

Cena brutto: 3 889,00 zł

**Uzasadnienie wyboru:** najkorzystniejsze oferty na podstawie kryterium oceny określonej w ogłoszeniu

**2. o unieważnieniu postępowania dla zadania Nr 2, 4 –** nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu .

**3. o odrzuceniu ofert :**

w zadanie nr 1- WALMED Sp.z.o.o , ul .Ptaków leśnych 73 , 05-500 Jastrzębie

**podstawa odrzucenia :** Oferta nie spełnia wymaganych parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 3 do ogłoszenia a w szczególności :

pkt nr 22 - Wykonawca zaoferował przetworniki o klasie wodoszczelności IPX7 niezgodnie z wymaganiami zamawiającego .

pkt. 39 Wykonawca zaoferował papier o szerokości 150 mm zgodnie z wymaganiami, natomiast z wiedzy Zamawiającego wynika, że zaoferowany aparat KTG Star500 C zapisuje badanie na papierze o szerokości 112 mm.

w zadaniu nr 5 - KREDOS Zbigniew Kadzewicz , ul .Popieluszki 10/21 , 10-695 Olsztyn

**podstawa odrzucenia :** Zamawiający wymagał wieszaków do kroplówek ściennych , Wykonawca jako dokument potwierdzający przedstawił wieszaki do kroplówek statywowe .

Stanisław Bury  
Dyrektor SPZOZ Lubaczów