

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia, przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Pytanie 1.

Dotyczy zapisów SIWZ:

Mając na uwadze, iż wykonywanie czynności serwisowych - w tym montaż i uruchomienie lampy RTG w tomografie komputerowym - polegające w szczególności na naprawach przeprowadzonych w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, nie może być realizowane przez dowolne podmioty przedstawiające się jako serwisy urządzeń, gdyż wyłącznie autoryzacja producenta wyrobu medycznego może wskazywać na znajomość urządzenia, procedur jego serwisowania i korzystanie z oryginalnych części zamiennych w urządzeniach uznawanych za źródło promieniowania jonizującego i tylko ona stanowi o posiadaniu przez dany podmiot przymiotu serwisu konkretnego urządzenia radiologicznego, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od podmiotu realizującego montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, posiadanie autoryzacji producenta.

Odp.: Zgodnie z siwz

Pytanie 2.

Dotyczy zapisów SIWZ załącznik nr 3 wzór umowy § 4 ust. 1 ppkt. 1.2:

Prosimy o zmniejszenie kary do wysokości 0,2% wartości ceny ofertowej netto w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

Odp.: Zgodnie z siwz

Pytanie 3.

Dotyczy zapisów SIWZ załącznik nr 3 wzór umowy § 4 ust. 1 ppkt. 1.2:

Wnosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie” terminem „zwłoka”

Odp.: Zgodnie z siwz

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **07.06.2018 do godz. 10.00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **07.06.2018**, o godz. **10.15**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia pozostają bez zmian.

Zamawiający