

ZP.232.6.2020

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienia

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na dostawę materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Pytanie 1 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 7)

Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze jakościowo lepszej niż wymaga Zamawiający 66 g/m² w opakowaniu a' 150 szt?, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

W przypadku zaoferowania niepełnych opakowań, prosimy o informację czy Zamawiający ma pozostawić, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, opakowania zaokrąglić w górę do pełnych opakowań

Pytanie 2 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, wymagania poz. II, pkt. 10)

Czy Zamawiający dopuści dokument wydany przez producenta, a nie przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Żadna regulacja prawna nie narzuca na producenta włóknin konieczności wydawania dokumentu przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Taki zapis nie jest zasadny i mocno ogranicza możliwość składania konkurencyjnych ofert.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 18)

Prosimy o dopuszczenie rękawa w rozmiarze 400 mm x 200 mb, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 19,20)

Prosimy o dopuszczenie rękawa z fałdą o rozmiarze 40 mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 22)

Prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 210 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 22)

Czy Zamawiający dopuści dokument wydany przez producenta, a nie przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Żadna regulacja prawna nie narzuca na producenta rękawów konieczności wydawania dokumentu przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Taki zapis nie jest zasadny i mocno ogranicza możliwość składania konkurencyjnych ofert.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 23, pkt. 2)

Prosimy o dopuszczenie torebek w rozmiarze 600 x 900 mm, w opakowaniu a' 100szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 2, poz. 24, pkt. 2)

Prosimy o dopuszczenie wkładek w rozmiarze 25 x 50 cm, w opakowaniu a' 1200 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

W przypadku zaoferowania niepełnych opakowań, prosimy o informację czy Zamawiający ma pozostawić, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wskazany rozmiar i ilości przy zachowaniu parametrów opisanych w zaproszeniu, należy zaokrąglić w górę – do pełnych opakowań

Pytanie 9 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 3, poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwił kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?

Odp.: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza zaproponowany opis

Pytanie 10 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 3, poz. 3)

Prosimy o dopuszczenie preparatu do pielęgnacji narzędzi na bazie czystego oleju parafinowego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (część 3, poz. 8, 10)

Prosimy o uzupełnienie ile opakowań wymaga Zamawiający.

Odp.: Zamawiający wymaga po jednym opakowaniu handlowym wskazanych produktów

Dotyczy produktów zamówienia:

12. Zad. 2 poz. 9, 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert,

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, Zgodnie z SIWZ

13. Zad. 2, poz. 13: czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 120mm x 200 mb?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

14. Zad. 2, poz. 19: czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 100x40mm x 100mb?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

15. Zad. 2, poz. 22: czy Zamawiający dopuści rękaw włókninowo-foliowy w rozmiarze 210mmx100mb?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

16. Zad. 2, poz. 23 (poz.1): czy Zamawiający dopuści torebki foliowo włókninowe w rozmiarze 490x640 mm w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

17. Zad. 2, poz. 23 (poz.2): czy Zamawiający dopuści torebki foliowo włókninowe w rozmiarze 600x900 mm w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

18. Zad. 2, poz. 24 (poz. 1): czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne do tac w rozmiarze 25x30cm pakowane a'1000 z przeliczeniem zamawianych ilości o gramaturze 70 g/m²?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

19. Zad. 2, poz. 24 (poz. 2): czy Zamawiający dopuści wkładki absorpcyjne do tac w rozmiarze 30x50 a'500 o gramaturze 70 g/m²?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

20. Zad. 2, poz. 1-6: czy Zamawiający dopuści papier krepowany o składzie: 100 % naturalne włókna celulozowe, masa powierzchniowa 60±2 g/m², grubość 0,16 mm, zawartość wilgoci 5,5 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż – 29,72 N, zawartość siarczanów 0,034 %, zawartość chlorków 0,005 %. Papier krepowany spełnia wymagania normy EN 868-2 i ISO 11607-1. Dopuszcza się sterylizację parą wodną, tlenkiem etylenu, promieniowaniem gamma

oraz formaldehydem. Procesy sterylizacyjne zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1, PN-EN ISO 11135-1, PN-EN ISO 11137-1 oraz PN-EN ISO 25424.

Papier krepowany spełnia wymagania norm: PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607-1 oraz jest certyfikowany przez niezależną jednostkę.

Termin ważności wynosi 5 lat od daty produkcji.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

21. Zad. 2, poz. 7-8: czy Zamawiający dopuści włókninę do sterylizacji o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż 2,30 kN/m (niebieska), 2,10 kN/m (zielona); odporność na penetrację wody - 30 mbar; masa powierzchniowa 60 g/m² (niebieska), 57 g/m² (zielona); grubość 220 µm (niebieska), 215 µm (zielona); zawartość chlorków 0,03 %; zawartość siarczanów 0,12 %. Włóknina spełnia wymagania normy EN 868-2 oraz ISO 11607-1. Dopuszcza się sterylizację parą wodną (do 134 °C), tlenkiem etylenu oraz promieniowaniem gamma (25 kGy). Termin ważności wyrobu wynosi 5 lat od daty produkcji.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

22. Zad. 2, poz. 10-20: czy Zamawiający dopuści rękawy wykonany z przezroczystego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego o zabarwieniu niebieskim. Laminat jest połączony z papierem medycznym 60 g/m² za pomocą zgrzewu, wskaźniki procesu sterylizacji nadrukowano na papierze od strony folii w obszarze zgrzewu. Wskaźniki sterylizacji zgodne z PN-EN 11140.

Papier medyczny zgodny z EN 868-3. Porowatość wg Bendtsena 1000 ml/min, wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie 6,40 kN/m (wedle EN ISO 1924-2), wytrzymałość na przepuklenie na sucho 350 kPa (ISO 2758), wytrzymałość na przepuklenie na mokro 150 kPa (ISO 3689), zawartość siarczanów 0,25 % (ISO 9198), zawartość chlorków 0,05 % (ISO 9197).

Laminat foliowy składający się z siedmiu warstw, gramatura 55 g/m². Spełnia wymagania normy EN ISO 11607-1, EN 868-5. Grubość warstwy poliestru 12 µm, grubość warstw polipropylenowych 38 µm. Siła zrywająca wzdłuż 65 N (wartość średnia), siła zrywająca w poprzek 62 N (wartość średnia). Spełnia wymagania normy EN ISO 1107-1, EN 868-5. Termin ważności 5 lat od daty produkcji; rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią, normy 868-5 oraz 11607-1, 2 nadrukowane na rękawie. znak CE na naklejce wewnątrz rolki

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy zapisów umowy:

23. czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: TAK

24. Dot. art. 3: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.: Zgodnie z zapisami artykułu 3 pkt 2

25. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

26. Dot. art. 5 ust. 1 : czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była naliczana od niedostarczonej części zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów

27. Dot. art. 5 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zastąpić słowem „zwłoki”?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów

28. Dot. art. 5 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Części nr 3 w poz. 8 i 9 w kolumnie „Jm” winno być wpisane „op.”, w kolumnie „ilość” winno być wpisane „1”

8	Szczotka do mycia narzędzi – dł. 22 cm- 77mmx20mmx25mm- extra elastyczne włosie nylon 3 szt. w opakowaniu	Op.	1				
---	---	-----	---	--	--	--	--

10	Szczotka do mycia kanałów roboczych – włosie nylonowe dł. 25cm; śr. 4mm 3 szt. w opakowaniu	Op.	1				
----	--	-----	---	--	--	--	--

Zamawiający