

Numer sprawy: ZP.261.13.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: dostawa akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 22 części .

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp :Zgodnie z siwz

Dotyczy części nr 8

Pytanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z aparatem CPAP Infant Flow w skład którego wchodzi:

Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP, podgrzewany odcinek wdechowy 1 x 120 cm, średnica 10 mm, z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki(do MR850), linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha), Odcinek wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy, złącze typu TWIN z zatrzaskiem do zamocowania generatora. Generator nCPAP wraz z końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S, M, L), Gniazdo zasilania grzałki typu trójkątne, jednorazowa komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody kompatybilna z nawilżaczem typ F&PMR 850. Generator / przyłączy pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową i wydechową, w komplecie końcówki donosowe w trzech rozmiarach. Wykonany z PCV bez lateksu.

Odp : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 2 poz. 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści opaski (uprząże) do generatorów oddechów CPAPIF posiadające rzepy, dzięki którym w bardzo łatwy sposób można dokonać ewentualnej repozycji opaski na głowce w celu wykonania, na przykład wkłucia. Dodatkową zaletą opaski zaoferowanej przez nas jest fakt, iż dzięki odkrytej powierzchni głowy można prowadzić fototerapię, gdzie głowa noworodka jest tą częścią ciała, która najlepiej i najskuteczniej chłonie fale ultrafioletowe w celu eliminacji bilirubiny podczas fototerapii. Kompatybilne z układem oddechowym z pozycji 1, uprząże w rozmiarach

S - 22-26 cm,

M - 26-30 cm,

L - 30-36 cm,

Odp : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy części nr 9

Pytanie nr 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji , ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej 150 cm, na końcu układu znajduje się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19 mm średnica zewnętrzna. Układ kompatybilny z maseczkami do resuscytacji w każdym rozmiarze ?

Odp : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie dotyczy części 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki tylko o długości 1800 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp : Zgodnie z siwz

Pytanie dotyczy części 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii o średnicy drutu 0,4 mm i średnicy otwarcia 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm?

Odp : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie dotyczy części 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii o średnicy drutu 0,4 mm i średnicy otwarcia 10 mm, 15 mm, 25 mm, 35 mm?

Odp : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie dotyczy części 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii o średnicy drutu 0,4 mm i średnicy otwarcia 10 mm, 20 mm, 30 mm?

Odp : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie dotyczy części 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania o grubości igły tylko 0,6 mm?

Odp :Zgodnie z siwz

Pytanie dotyczy części 7 poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę o długości narzędzia 2300 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp :Zgodnie z siwz

Pytanie dotyczy części 7 poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie zainteresowanych?

Odp :Zgodnie z siwz

Pytanie dotyczy części 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szczotkę gdzie w zestawie są 3 etykiety samoprzylepne?

Odp : Zamawiający dopuszcza .

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający