

Numer sprawy: ZP.261.13.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: dostawa akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 22 części

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Część 1

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp.: zgodnie z siwz

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie wagi >40 kg lub >50 kg

Odp.: zgodnie z siwz

Poz. 5

Czy czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Odp.: Czujnik ma być wpinany do kabla przedłużającego

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie wagi 1-20 kg

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Część 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp.: zgodnie z siwz

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie wagi >40 kg

Odp.: zgodnie z siwz

Część 3

Poz. 2

Czy chodzi o czujnik z kablem dł. 3m umożliwiającym wpięcie bezpośrednio do monitora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Część 10

Prosimy o wydzielenie pozycji 10 do oddzielnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp.: zgodnie z siwz

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni 107 cm², wymiary 164x117mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie dł. kabla 5m

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rozm. 3,2 x 26 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza ,pozostałe parametry zgodne z siwz

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie dł. 5 m i gwarancji na 50 cykli sterylizacji

Odp.: zgodnie z siwz

Pakiet nr 7 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1,2,3,5,6,7,10,11 i dopuści

Odp.: zgodnie z siwz

Poz. 1 Kleszcze endoskopowe do kolonoskopii , biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarcie 6,7mm. łyżeczki owalne: gładkie z igłą. Długość narzędzia 2300mm i średnicy narzędzia 2,3mm. Kleszcze z możliwością wykonania biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odp.: zgodnie z siwz

Poz. 2 Kleszcze endoskopowe do gastroskopii , biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarcie 3,7mm. łyżeczki owalne: gładkie z igłą. Długość narzędzia 1800mm i średnicy narzędzia 2,3mm. Kleszcze z możliwością wykonania biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo. W zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odp.: zgodnie z siwz

Poz. 3 Pętla do polipektomii pleciona , jednorazowego użytku, sterylne, owalna, z możliwością cięcia na zimno, pleciona z drutu o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz z użyciem elektrokoagulacji 0,47 mm dla średnicy otwarcia pętli 24mm i 35mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłony 2,3mm. Pakowane pojedynczo. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Poz. 5 Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,5 mm lub 0,9mm i głębokości nakłucia 5mm (do wyboru przez Zamawiającego). Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablockowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Opakowanie handlowe = 10 sztuk

Odp.: zgodnie z siwz

Poz. 6 Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,7 mm i głębokości nakłucia 5 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Poz. 10 Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 5mm i 5mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Poz. 11 Ustnik endoskopowy jałowy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

SIWZ – pkt. 6.6 - oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odp.: zgodnie z siwz

Projekt umowy – art. 5 ust. 3

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości części ceny ofertowej netto pozostałej do realizacji w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

Odp.: zgodnie z siwz

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający