

Numer sprawy: ZP.261.13.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: dostawa akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 22 części

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

Część nr 8 (Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi zgodnie z treścią zapytań dotyczą Części nr 7- Wykonawca błędnie oznaczył część)

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy powleczonych PTFE, tyżeczki o długości minimum 3,86 mm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy powleczonych PTFE, tyżeczki o długości minimum 3,86 mm, kleszcze w kolorze szarym.
Odp.: Zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm dla wszystkich średnic, długość oczka pętli maksimum 45,0 mm, długość narzędzia 2400 mm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza
4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z drutu o średnicy 0,3 mm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza
5. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie kleszczy 4 ramiennych.
Odp.: zgodnie z siwz
6. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2300 mm.
Odp.: Zamawiający dopuszcza
7. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia 5 mm z jednej strony i 10 mm z drugiej strony.
Odp: zgodnie z siwz

Zadanie (Część) nr 19

1. Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 26 mm i 29 mm.
Odp.: zgodnie z siwz

2. Czy Zamawiający w pozycji 17 i 18 dopuści zaoferowanie staplerów ze zszywkami o wymiarach 5,5 mm x 3,5 mm, śr. drutu 0,5 mm-0,7 mm.
Odp.: zgodnie z siwz

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 7, poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie tylko jednej długości kleszczy tj. 1600 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: zgodnie z siwz

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 7, poz. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli o średnicy 35 mm zamiast opisanych w SIWZ 32 mm i średnicy osłonki 2.3 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 7, poz. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli monofilament o średnicach: 10 mm, 15 mm, 25 mm i 35 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 7, poz. 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły do ostrzykiwań o grubości igły 0,7 mm i głębokości nakłucia 5 mm, średnica narzędzia 2,3 mm, dł. narzędzia 2300 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 7, poz. 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły do ostrzykiwań o grubości igły 0,7 mm i głębokości nakłucia 5 mm, średnica narzędzia 2,3 mm, dł. narzędzia 1600 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 7, poz. 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu o długości narzędzia 2300 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 7, poz. 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. nr 9 i utworzenie z niej nowego pakietu np. 7 A ?

Odp.: Zgodnie z siwz

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczone towary będą posiadały cechy jakościowe określone

w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także

będą prawidłowo opakowane i oznakowane i posiadać co najmniej 8-miesięczny okres ważności i przydatności do stosowania”?

Odp.: Zgodnie z siwz

Pytanie 9

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 5 dni od pisemnego zgłoszenia i w terminie 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczyć Zamawiającemu w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie lub towar brakujący?”

Odp.: zgodnie z siwz

Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 2% na 1,5%?

Odp.: zgodnie z siwz

Pytanie 11

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 7% niezrealizowanej wartości netto umowy w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy”?

Odp.: zgodnie z siwz

Pytanie 12

Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w Art. 3 ust. 3 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”?

Odp.: zgodnie z siwz

Pytanie 13

Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odp.: zgodnie z siwz

Pytanie 14

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„..., Strony ustalają, że niniejsza umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, lecz po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, gdy:

- a) Wykonawca utraci zezwolenie na obrót towarów będących przedmiotem zamówienia
- b) W przypadku co najmniej trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostawy”?

Odp.: zgodnie z siwz

Pytanie 15

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem nieważności tej czynności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić?”

Odp.: zgodnie z siwz

Pytanie 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp.: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego

Dotyczy Części nr 1 poz.1 – Czujnik do pomiaru SpO₂

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czujników SpO₂ przeznaczonych dla grupy wagowej pacjentów: 10-40 kg albo czujnik dla pacjentów >40 kg.

Odp.: zgodnie z siwz

Dotyczy Części nr 1 poz.1 – Czujnik do pomiaru SpO₂

Prosimy Zamawiającego o określenie wtyczki oczekiwanej dla czujników do posiadanych kardiomonitorów Nihon Kohden.

A)		B)	
----	---	----	--

Odp.: Wtyczka typ. A

Dotyczy Części nr 1 poz.4 – Jednorazowy adapter do pomiaru CO₂

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy zaoferowany adapter do pomiaru CO₂ przeznaczony powinien być dla dorosłych czy dzieci.

Odp.: Adapter przeznaczony dla dorosłych.

Dotyczy Części nr 1 poz.5 – Czujnik typ Y

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji odnośnie długości kabla jaką powinien mieć zaoferowany czujnik (1m czy 3m)?

Odp.: 3 m

Dotyczy Części nr 1 poz.6 – Przewód połączeniowy IBP

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji do jakich przetworników powinien pasować zaoferowany przewód połączeniowy IBP do pomiaru ciśnienia.

Odp.: Przetworniki Edwards

Dotyczy Części nr 3 poz.2 – Kompatybilny czujnik SpO₂

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy zaoferowany czujnik SpO₂ powinien być rozłączalny (gniazdo z wtyczką na kablu) czy jednoczęściowy, nierozłączalny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Załącznik nr 4 do SIWZ–UMOWA - wzór

Pytanie nr 1. Zważywszy na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie oraz liczne decyzje administracyjne wpływające na terminowości łańcuchów dostaw od producentów zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy artykułu dotyczącego występowania siły wyższej zgodnego z poniższym wzorem:

Artykuł

1.Siła wyższa, za którą Strony uznają wystąpienie takich zdarzeń jak na przykład klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, kwarantannę, epidemie, w szczególności następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron.

2.Wykonawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej, tj. jeżeli niewykonanie zostało spowodowane zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, będącym poza kontrolą Wykonawcy oraz gdy w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia lub jego skutków, które wpłynęły na zdolność Wykonawcy do wykonania Umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie przez Wykonawcę samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.

3.Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej.

Odp.: Zgodnie z siwz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby Wykonawca w Formularzu oferty pozostawił jedynie część na która składa ofertę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Załącz. nr 2 do SIWZ –Formularz cenowy

Dotyczy części nr 1 poz. 1

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oryginalnego Czujnika do pomiaru SpO2 prod. Nihon Kohden, wielorazowy, typu klips, dla pacjentów o masie od 20 kg, Technologia BLU-PRO z kablem o łącznej długości 4,1 metra?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający