

Numer sprawy: ZP.232.9.2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia

Dotyczy: zaproszenia na dzierżawę tomografu komputerowego .

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

PYTANIE NR 1

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, 6 rzędowy tomograf firmy Toshiba Medical Systems (obecnie Canon Medical Systems Corporation) o następujących parametrach?:

2 Tomograf 16 rzędowy

Odp : Zamawiający dopuszcza

3 Średnica otworu gantry 78 cm

Odp : Zamawiający dopuszcza

4 Pochylenie gantry $\pm 30^\circ$ - *możliwość wykonywania badań diagnostycznych w trakcie akwizycji spiralnej i aksjalnej z gantry pochylanym w wymaganym zakresie*

5 Prędkość pochylenia: $0,5^\circ / \text{sec}$

Odp : Zamawiający dopuszcza

6 Odległość ognisko detektor : 107,3 cm

Odp : Zamawiający dopuszcza

7 Zdalne (z konsoli operatora) sterowania pochylenia gantry

Odp : Zamawiający dopuszcza

8 Maksymalne pole skanowania (SFOV) : 50 cm - 5 pól widzenia: 18 cm, 24 cm, 32 cm, 39 cm, 50 cm – *pola zgodnie z kolimacją*

Odp : Zamawiający dopuszcza

9 Wysokość blatu stołu w pozycji skanowania: 72,5 – 90 cm od podłogi

Odp : Zamawiający dopuszcza

10 Zakres regulacji wysokości blatu: 32 – 90 cm

Odp : Zamawiający dopuszcza

11 Zakres przesuwu poziomego blatu: 180 cm

Odp : Zamawiający dopuszcza

12 Wyposażenie stołu: materac, pasy unieruchamiające, zestaw pozycjonerów umożliwiające wykonanie badania każdej okolicy anatomicznej

Odp : Zamawiający dopuszcza

13 Maksymalne obciążenie blatu stołu przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania 220 kg

Odp : Zamawiający dopuszcza

14 Moc generatora (kW) 50,4 kW / efektywna: 112 kW z AIDR 3D

Odp : Zamawiający dopuszcza

15 Szybkość chłodzenia anody 864kHU/min

Odp : Zamawiający dopuszcza

16 Pojemność cieplna lampy 5 MHU/ efektywna 7,8 MHU z AIDR 3D

Odp : Zamawiający dopuszcza

17 Ilość elementów detekcyjnych w jednym rzędzie : 800

Odp : Zgodnie z zaproszeniem

18 Maksymalna częstotliwość próbkowania : 1200Hz

Odp : Zgodnie z zaproszeniem

Tomograf będzie zintegrowany z automatycznym wstrzykiwaczem Medrad Visitron CT będącym na wyposażeniu pracowni radiologii, a także będzie współpracował z systemem radiologicznym Alteris.

Odp : TAK zgodnie z zaproszeniem

Wydzierżawiający przeprowadzi szkolenie dla techników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi tomografu i urządzeń współpracujących przez osobę posiadającą doświadczenie z zakresu pracy zaoferowanego tomografu komputerowego oraz dostarczy aparat wraz z wykonanymi testami akceptacyjnymi i specjalistycznymi.

Odp : TAK zgodnie z zaproszeniem

PYTANIE NR 2

Dot. terminu realizacji przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że termin 3 dni dotyczy wyłącznie terminu dostawy samego systemu tomografii komputerowej, a nie jego instalacji i uruchomienia.

Pragniemy zauważyć, że przedmiotem niniejszego postępowania jest dzierżawa tomografu komputerowego i z uwagi na specyfikę sprzętu, kwestie związane z instalacją oraz fakt, że jest to urządzenie medyczne, które obligatoryjnie musi być dopuszczone do użytkowania, dotrzymanie terminu określonego w zapytaniu, szczególnie z uwzględnienie obecnej sytuacji epidemicznej, może okazać się być warunkiem niemożliwym do spełnienia.

Powyższe wynika z następujących powodów:

- Tomograf jest wyrobem medycznym podlegającym specjalistycznej instalacji. Do jego uruchomienia w pracowni wymagane są specjalne czynności adaptacyjno-instalacyjne, przeróbki pomieszczenia oraz niezbędny czas związany z instalacją oraz odbiorami przez SANEPID (ok. 30 dni)

Odp: Zgodnie z zaproszeniem .

PYTANIE NR 3

Dot. terminu składania ofert

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z 05.05.2021 r. na 07.05.2021 r. oraz wymogu złożenia ofert w formie papierowej lub dodanie alternatywnej

możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej.

Możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników Zamawiającego oraz pracowników potencjalnych oferentów, ponadto pozwoli uniknąć trudnych do przewidzenia problemów w złożeniu oferty, biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiologiczne i niepewną sytuację odnośnie rządowych wytycznych oraz wynikające w następstwie trudności logistyczne.

Odp: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **06.05.2021 do godz. 13.00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **06.05.2021** o godz. **13.15**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia pozostają bez zmian.

Zamawiający