

ZP.232.8.2023

## Wszyscy zainteresowani

### Wyjaśnienia

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością stosowania z 4 rodzajami próbki do badania - krew kapilarna, krew żylna, tętnicza oraz krew pobrana od noworodka, z wielkością próbki krwi: ok. 0,6 mikrolitra, z zakresem hematokrytu: 10-65 %, ze stabilnością testu paskowego: 21 miesięcy od daty produkcji do daty ważności podanej na opakowaniu, z enzymem: zależna dehydrogenaza glukozowa (GDH) FAD, z czasem pomiaru mniej niż 4 sek, pakowane po 100 szt?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza

2. Czy zamawiający, jako szpital wielooddziałowy będzie wymagał systemu umożliwiającego badanie glukozy z udokumentowanym brakiem wpływu substancji interferujących- najczęściej spotykanych- Paracetamol, Witamina C, Metformina, Ibuprofen, Kofeina a także Diklofenak, Naproksen, Dexametazon?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

3. Czy Zamawiający będzie wymagał pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego, co znacznie ułatwi pracę personelu w placówce?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Zamawiający: