

ZP.232.8.2023

## Wszyscy zainteresowani

### Wyjaśnienia

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie zbiorczym paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty? Refundacja zapewnia ciągłość dostaw pasków na rynku, gdyż wymusza na podmiotach oferujących paski testowe utrzymywanie ciągłej dostępności pasków dla pacjentów. Paski nierefundowane mogą być w każdej chwili wycofane z rynku (wiele modeli pasków nierefundowanych nie jest obecnie dostępnych), pomimo faktu zarejestrowania takiego wyrobu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

2. Czy w Pakiecie zbiorczym Zamawiający wymaga pasków do glukometrów z funkcją wyrzutnika zużytego paska testowego, umożliwiającą jego bezdotykowe usuwanie? Taka funkcja zwiększa higienę i bezpieczeństwo pracy personelu wykonującego pomiary, eliminując kontakt z paskiem zabrudzonym krwią pacjenta przy każdorazowym wyjmowaniu zużytego paska z glukometru.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

3. Ponieważ na rynku funkcjonuje oferent posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były jednolite i identyczne na opakowaniu i w instrukcji pasków zaoferowanych w Pakiecie zbiorczym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga

Zamawiający: