

Numer sprawy: ZP.232.16.2023

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienia

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 3 części

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1)

Rozdział VI zaproszenia – Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej i przesłać na adres mailowy?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

2)

Część nr 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

3)

Część nr 1, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

4)

Część nr 1, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

5)

Część nr 1, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści igły bez igły prowadzącej?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

6)

Część nr 1, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

7)

Część nr 1, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

8)

Część nr 1, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o parametrach i składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80mm
- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

9)

Część nr 1, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

10)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 1 poz. 9 - Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych w składzie: igła Tuohy 18G/90 mm; cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z poliuretanu typu SOFT z miękką końcówką, długość 100 cm, koniec cewnika zamknięty, trzy otwory boczne, posiadający czytelne znaczniki, strzykawka niskooporowa L.O.R o pojemności 10 ml, prowadnik, konektor, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, oznakowanie na powierzchni igły ułatwiające ocenę głębokości jej wkłucia.

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

11)

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w części 1 Zamawiający wymaga aby okres sterylności na zaoferowane produkty wynosił – 5 lat od daty produkcji.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12)

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w części 1 Zamawiający wymaga aby na każdym pojedynczym opakowaniu opis produktu był w języku Polskim z widoczną datą ważności.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13)

Część nr 1

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 26G x 90mm

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

14)

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego o podanym wymiarze z zakończeniem quincke tip?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

15)

Pozycja pomiędzy 8 a 9? Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 22G x 40mm?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

16)

Pozycja pomiędzy 8 a 9? Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 22G x 75mm?

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

17)

Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o poniższym składzie ?

WŁAŚCIWOŚCI:

W skład zestawu wchodzi:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).
- Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem Luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem Luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

Odp.: Zgodnie z zaproszeniem .

