

Lubaczów, 14.06.2025 r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na dostawę lamp operacyjnych

W zawiązku z otrzymanymi zapytaniem, Zamawiający Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie odpowiada:

1.Czy zamawiający dopuści 160 diód LED w 40 małych odbłyśnikach? Nie wszystkie diody działają w jednym momencie. Taka ilość jest potrzebna do prawidłowego działania systemu redukcji cieni, w momencie kiedy chirurg zasłoni część czaszy uruchamiają się dodatkowe diody po przeciwległej stronie

Odp . Zamawiający nie zmienia zapisów

2.Czy zamawiający dopuści lampę operacyjną w której światło endoskopowe jest tylko koloru zielonego? Ten parametr - ilość kolorów wskazuje jednoznacznie na jednego producenta wyrobów medycznych.

Odp . Zamawiający dopuszcza

3.Czy zamawiający dopuści lampę operacyjną w której parametr Ra oraz R13 wynosi 97? Jest to tylko o jeden punkt procentowy niższy parametr od wymaganego, ludzkie oko nie jest w stanie dostrzec różnicy powyżej 95.

Odp . Zamawiający dopuszcza

4.Czy zamawiający dopuści lampę operacyjną w której do systemu aktywnej redukcji cieni wykorzystywane są 4 sensory rozmieszczone w 4 płatach lampy operacyjnej ? Zamawiający wymaga 3, przy czym 4 powodują lepsze działanie systemu redukcji cieni.

Odp. Zamawiający dopuszcza

5.Czy zamawiający dopuści czasze w formie zamkniętego okręgu? Zdecydowanie bardziej ułatwia to utrzymanie higieny co jest bardzo istotne w polu operacyjnym pacjenta.

Odp . Zamawiający nie zmienia zapisów

Zamawiający