

ZP.232.25.2025

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego .

W zawiązku z otrzymanymi zapytaniami, Zamawiający Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie odpowiada:

Pakiet 3.

Poz.4 (zestaw ginekologiczno-urologiczny)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie **sterylnego zestawu ginekologicznego z torbą na płyny** Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 µm ze wzmocnieniem

1x taśma przylepna 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta z bilaminatu 75x90cm

1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMS L dł.120 cm *

1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMS XL dł. 140 cm *

1x osłona na uchwyt lampy uniwersalna *

1x miska 250 ml *

50 szt x kompresy gazowe 8W 17N 10x10 cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką i sztywnikiem do regulacji worka, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pyłących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do

dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. (* produkty pakowane oddzielnie)

Odp . Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3.

Poz.4 (zestaw ginekologiczno-urologiczny)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

1x Fartuch chirurgiczny XL 130 cm Ultraguard

1x Fartuch chirurgiczny XL 140 cm Ultraguard

2x Ręcznik chłonny 30x39 cm

1x Rzep 2,5x14 cm

1x Osłona na kamerę 13x240 cm składana teleskopowo z taśmą i kartonikiem ułatwiającym aplikację

1x Worek na mocz 2000 ml

1x Zestaw do irygacji

1x Serweta do TUR 280/175x242 cm z przylepnym otworem brzuszny $\varnothing$ 8 cm z otworem na pręcie $\varnothing$ 5 cm z osłoną na palec z torbą na płyny z kształtką z filtrem i portem do ssaka z zatyczką z dwoma trokami z miękkiej włókniny

Odp . Zamawiający nie zmienia zapisów

Zamawiający